DZPZ/333/11UEPN/2018 Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2018 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy wyrobów diagnostycznych do badań parametrów krytycznych oraz elektroforezy i immunofiksacji wraz z dzierżawą analizatorów (Ogłoszenie nr 2018/S 065-144258) Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 04 kwietnia 2018 r.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Dotyczy części nr 1

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów wykonujących oznaczenia z krwi pełnej, dializatów oraz płynów kontrolnych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania analizatorów wykonujących oznaczenia z krwi pełnej, dializatów oraz płynów kontrolnych.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie na ilu poziomach i jak często Zamawiający planuje wykonywać oznaczenia kontrolne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż planuje wykonywać oznaczenia kontrolne 3 razy na dobę na 1 poziomie (L lub H lub N) .

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie startowym materiałów zapewniających pracę przez okres 21 dni?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania zestawów startowych gwarantujących pracę aparatu przez okres 21 dni .

Pytanie nr 4

Ad. Pkt 1 par. wymaganych

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie kasety były przechowywane w temperaturze pokojowej? (aby nie wymagały chłodzenia i doprowadzenia przed instalacją do temperatury pokojowej). Wydaje się być to niezbędnie konieczne w warunkach Oddziału Kardiochirurgii czy Intensywnej Opieki Medycznej gdzie priorytetem jest opieka nad pacjentem a nie dbanie o właściwe przechowywanie elementów wymienialnych do analizatora. Rozwiązanie takie minimalizuje liczbę cykli wymiany kaset i znacząco redukuje czas potrzebny na wymianę kaset.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania kaset spełniających powyższy parametr.

Pytanie nr 5

Ad. Pkt.1 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający wymaga, aby materiały zużywalne niezbędne do wykonania oznaczeń takie jak odczynniki, sonda aspiracyjna, elektrody, płyny myjące, kontrolne i kalibracyjne znajdowały się w maksymalnie dwóch kasetach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 6

Ad. Pkt.1 parametrów wymaganych

Czy w przypadku rozwiązań posiadających więcej niż jedną kasetę stosowaną w tym samym czasie, Zamawiający oczekuje aby ich wymiana przebiegała jednoczasowo dla redukcji cykli wymiany kaset i przestoju aparatu. I tym samym, czy Zamawiający wymaga takiego skalkulowania liczby kaset aby ich wymiana przebiegała jednoczasowo?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie sprecyzował powyższego parametru i oczekuje zaoferowania analizatorów zgodnych z formularzem parametrów wymaganych – załącznik nr 5 do SIWZ , dopuszczają powyżej różne rozwiązania dotyczące kaset .

Pytanie nr 7

Ad.pkt2 parametrów wymaganych;

Czy Zamawiający, ze względu na lokalizację analizatorów zaakceptuje dwa analizatory wykonujące następujący panel oznaczeń: pH, pCO2, PO2, Hct, K+, Na+, Ca++, glukoza i mleczany a trzeci z pełnym menu tj. dodatkowo kooksymetrią, bilirubiną i chlorem? Taka konfiguracja zapewni niezbędne badania dla poszczególnych oddziałów a jednocześnie byłaby ofertą ekonomiczną, pozwalającą uzyskać oszczędność kosztów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgodny na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 8

Ad. Pkt.11 parametrów wymaganych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator wyposażony w nowoczesny System Zarządzania Jakością, przeprowadzający w sposób całkowicie automatyczny, bez dodatkowych kosztów badania kontroli jakości po każdym wykonanym badaniu i dokumentujący wykonane badania kontroli jakości w formie graficznej za pomocą wykresów Delta-Chart? Reguły na których oparty jest System Zarządzania Jakością (iQM) zostały opracowane przy współpracy z profesorem Jamesem Westgardem uważanym na kluczowy autorytet w dziedzinie kontroli jakości, a system iQM został uznany za „następcę tradycyjnej kontroli jakości".

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie .

Pytanie nr 9

Ad.pkt.13 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator parametrów krytycznych wykonujący automatycznie, bez dodatkowych kosztów badania kontroli jakości po każdym wykonanym badaniu, co 4 godziny i co 24 godziny w związku z czym nie programuje się w nim okresu wykonania badan kontrolnych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie .

Pytanie nr 10

Ad. Pkt.18 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator wyposażony w unikalny, opatentowany przez producenta System Inteligentnego Zarządzania Jakością (iQM), który w sposób całkowicie automatyczny przeprowadza bez dodatkowych kosztów badania kontroli jakości po każdym wykonanym oznaczeniu, w sposób automatyczny przeprowadza kalibracje jedno i dwupunktowe, wykrywa błędy systemu (np. mikroskrzepy, pęcherze powietrza, substancje interferujące), dokonuje ich automatycznej naprawy oraz dokumentuje powyższe czynności? Aparat zapewnia bieżący dostęp i możliwość wydruku raportów próbek pacjentów oraz badań kontroli jakości pod postacią wykresów Delta Chart a o kalibracji poszczególnych parametrów świadczy panel aktywnych oznaczeń równoważny ze statusem w pełni sprawnych elektrod.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie .

Pytanie nr 11

Ad.pkt.21 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu planowania procedur konserwacyjnych w przypadku analizatora, który nie wymaga żadnych procedur konserwacyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie .

Pytanie nr 12

Ad.pkt.1 parametrów ocenianych

Zamawiający punktuje rozwiązanie z czasem oznaczenia poniżej 60 sek. Tymczasem sam fakt wydania przez aparat wyniku, nie oznacza, że jest to wynik umocowany w pozytywnym rezultacie kontroli jakości co jest szczególnie istotne w przypadkach gdy analizator pracuje poza laboratorium i nie jest obsługiwany przez Diagnostę… Tym samym Czy Zamawiający uzna za równoważny aparat wydający wynik po 95 sek. W przypadku, gdy po każdym oznaczeniu wykonywane jest badanie kontroli jakości i wynik z aparatu jest w ten sposób uwiarygadniany? Tym samym czy Zamawiający przyzna takiemu rozwiązaniu także 5 pkt.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie formularza parametrów ocenianych (załącznik nr 6 do SIWZ).

Pytanie nr 13

Ad.pkt.4 parametrów ocenianych

Czy Zamawiający zechce uznać wymóg „Dolna wartość zakresu pomiarowego wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l" za parametr wymagany, ze względu na użytkowanie przez Zamawiającego nerkozastępczej terapii cytrynianowej, gdzie zgodnie z wytycznymi producenta aparatury do tej terapii niezbędnie konieczne dla bezpieczeństwa pacjenta jest monitorowanie właśnie tak niskich poziomów wapnia zjonizowanego? W załączeniu wzór nr 1 -rycina 12 (schemat dostosowania dawki cytrynianu w zależności od stężenia Ca2+ za filtrem), z której jednoznacznie wynika zasadność dysponowania wiarygodnym wynikiem poniżej 0,15 mmol/l ze względu na progi decyzyjne 0,15-0,19 i <0,15 mmol/l determinujące sposób postępowania w prowadzonej terapii.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (formularz parametrów ocenianych - załącznik nr 6 do SIWZ) w zakresie punktowania powyższego parametru

Pytanie nr 14

Ad.pkt.5 parametrów ocenianych

Czy Zamawiający oceni równoważnie analizator posiadający opcję mikropróbki pozwalającej na wykonanie już z 65 mikrolitrów oznaczeń następujących parametrów: gazometria, elektrolity, glukoza, mleczany a niezależnie z objętości 100 mikrolitrów istnieje możliwość oznaczenia parametrów kooksymetrycznych? I tym samym czy Zamawiający przyzna takiemu rozwiązaniu 5 pkt.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie formularza parametrów ocenianych (załącznik nr 6 do SIWZ).

Pytanie nr 15

Ad. Parametry oceniane

Czy Zamawiający uzna walory aparatu nie wymagającego czynności konserwacyjnych i nie zawierającego żadnych części elementów zużywalnych (poza materiałami eksploatacyjnymi), tj. części wymagających okresowego przemywania, czyszczenia czy wręcz demontażu dla przeprowadzenia tych czynności lub nawet okresowej wymiany za na tyle istotne z punktu widzenia eksploatacji i codziennej pracy aby uwzględnić tego rodzaju cechę w ocenie jakościowej nadając jej rangę np. 5 pkt.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie formularza parametrów ocenianych (załącznik nr 6 do SIWZ).

Pytanie nr 16

Ad. Parametry oceniane

Czy Zamawiający uzna walory aparatu, który po każdym oznaczeniu przeprowadza badanie kontroli jakości uwiarygadniając tym samym każdy wydawany wynik, co więcej aparatu wydającego wyniki wolne od znaków zapytania wymagających dodatkowej weryfikacji przyczyny za na tyle istotne z punktu widzenia eksploatacji i codziennej pracy aby uwzględnić tego rodzaju cechę w ocenie jakościowej nadając jej rangę np. 5 pkt.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie formularza parametrów ocenianych (załącznik nr 6 do SIWZ).

Pytanie nr 17

Ad. Parametry oceniane

Czy Zamawiający uzna analizator pracujący w oparciu jeden element wymienialny (kasetę) zawierający odczynniki, płyny kontrolne, kalibracyjne, myjące, sensory, pojemnik na odpadki, sondę aspiracyjną, która to kaseta nie wymaga przechowywania w lodówce, co pociąga za sobą minimalizację czynności obsługowych i skrócenie czasu przestoju aparatu za na tyle istotne z punktu widzenia eksploatacji i codziennej pracy aby uwzględnić tego rodzaju cechę w ocenie jakościowej nadając jej rangę np. 5 pkt.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie formularza parametrów ocenianych (załącznik nr 6 do SIWZ).

Pytanie nr 18

Dotyczy załącznika nr 5- pkt. 2 parametrów wymaganych dla części nr 1: Czy zamawiający dopuści analizator, który mierzy parametry: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, glukoza, mleczany, bilirubina noworodkowa. Oksymetria: So2, FO2Hb, FCOHb, FHHb, FMetHb, THb ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania analizator, który mierzy powyżej wymienione parametry.

Pytanie nr 19

Dotyczy załącznika nr 5- pkt. 6 parametrów wymaganych dla części nr 1: Czy zamawiający dopuści analizator, który ma możliwość wykonania analizy z: krwi pełnej tętniczej, żylnej i włośniczkowej, a także dializatów, płynu opłucnowego oraz płynów będących kontrolą jakości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania analizator, który ma możliwość wykonania analizy z: krwi pełnej tętniczej, żylnej i włośniczkowej, a także dializatów, płynu opłucnowego oraz płynów będących kontrolą jakości.

Pytanie nr 20

Dotyczy załącznika nr 5- pkt. 1 i 24 parametrów wymaganych dla części nr 1: W związku z tym, że w oferowanym analizatorze pakiet pomiarowy wymieniany jest co 28 dni, prosimy o zmianę minimalnego terminu gwarantującego pracę na odczynnikach startowych na 28 dni od daty uruchomienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania zestawów startowych gwarantujących pracę aparatu przez okres 28 dni .

Pytanie nr 21

Dotyczy załącznika nr 5- pkt. 10 parametrów wymaganych dla części nr 1: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający stawiając warunek jak w punkcie 10, oczekuje, że oferowane analizatory będą wykonywały procedury kalibracyjne i kontroli jakości w sposób całkowicie automatyczny, bez konieczności, manualnej kalibracji lub podawania zewnętrznych kalibratorów dla jakichkolwiek mierzonych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania analizatorów wykonujących procedury kalibracyjne i kontroli jakości w sposób całkowicie automatyczny, bez konieczności manualnej kalibracji lub podawania zewnętrznych kalibratorów dla jakichkolwiek mierzonych parametrów.

Pytanie nr 22

Dotyczy załącznika nr 5- pkt. 26 parametrów wymaganych dla części nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu warunku wg propozycji: „W przypadku awarii urządzenia (czas reakcji serwisu max. 60 min. od czasu zgłoszenia usterki). Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię w ciągu 2 dni roboczych ,licząc od poniedziałku od piątku z wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy (czas przystąpienia do naprawy – max. 24 godziny od zgłoszenia) od zgłoszenia usterki. W przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i

uruchomić urządzenie zastępcze lub pokryć wykonanie badań w innym laboratorium do czasu usunięcia awarii"?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 23

Dotyczy załącznika nr 5- pkt. 27 parametrów wymaganych dla części nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i doprecyzowanie zapisu warunku wg propozycji: „Wykonawca zapewni na czas trwania umowy dzierżawy niezbędne części zamienne do analizatorów oraz dokonywanie okresowych przeglądów wg zaleceń producenta na własny koszt minimum jeden raz w roku. Oferent ma obowiązek ściśle przestrzegać terminów przeglądów okresowych(dzień przed upływem terminu ważności poprzedniego przeglądu).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 24

Dotyczy załącznika nr 5- pkt. 28 parametrów wymaganych dla części nr 1: Prosimy o doprecyzowanie wymogu czy Zamawiający przez ten wymóg oczekuje udostępnienia dla dwóch analizatorów protokołu transmisji danych celem podłączenia do LIS czy wymaga uwzględnienia w cenie oferty kosztu podłączenia tych aparatów przez posiadany przez Zamawiającego laboratoryjny system informatyczny (prosimy wówczas o podanie dostawcy LIS wraz z kontaktem celem wyceny tego kosztu ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 4 i 5).

Pytanie nr 25

Dotyczy załącznika nr 5- pkt. 28 parametrów wymaganych dla części nr 1 wymóg w treści: „Wykonawca zapewni informatyczny system pozwalający na kontrolę jednego analizatora z pozycji laboratorium"? Czy Zamawiający poprzez system umożliwiający zarządzanie z pozycji laboratorium rozumie możliwość przesyłania przez analizator do systemu LIS wyników kontroli jakości? Jeżeli nie, to prosimy o dookreślenie jakich dokładnie funkcjonalności oczekuje Zamawiający w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga przesyłania przez analizator do LIS wyników kontroli jakości.

Pytanie nr 26

Dotyczy załącznika nr 5- pkt. 30 parametrów wymaganych dla części nr 1: Prosimy o doprecyzowanie celem właściwego skalkulowania oferty ile szkoleń i dla jakiej ilości personelu przewiduje Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zorganizowania przez Wykonawcę po trzy szkolenia dla dwóch oddziałów (laboratorium oraz oddział kr-chirurgii, łączna ilość personelu około 25 osób)

Pytanie nr 27

Dotyczy wzoru formularza cenowego dla części 1 (załącznik nr 2 do SIWZ): Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kapilar heparynizowanych najwyższej jakości heparyną litową zbalansowaną jonami wapnia przeznaczone do badań parametrów krytycznych na oferowanym analizatorze?

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie, czy Oferent ma uwzględnić w ofercie również strzykawki do wykonywania badań gazometrycznych i w jakiej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania kapilar o podanych powyżej parametrach. Ponadto informuje, iż nie wymaga zaoferowania strzykawek do gazometrii.

Pytanie nr 28

Dotyczy załącznika nr 5- pkt. 33 parametrów wymaganych dla części nr 1: Prosimy o doprecyzowanie warunku wg propozycji: „3 awarie tego samego podzespołu w przeciągu pół roku dyskwalifikują analizator. Firma zobowiązana jest wymienić aparat na nowy egzemplarz".

W pierwotnym stanie zapis SIWZ może budzić szereg wątpliwości na etapie realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 29

Dot. SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przedstawienia jednolitych dokumentów (JEDZ) i innych dotyczących podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy jednocześnie nie są podmiotami na zasoby których powołuje się wykonawca?

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 25a ust. 5 Prawa zamówień publicznych: „Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. "

Powyższe w odniesieniu do pozostałych dokumentów wprost potwierdza Par. 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) tj.: „Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy."

W związku z powyższym w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia innemu podmiotu, a jednocześnie nie polega na jego zasobach w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ustawodawca nie obliguje zamawiającego do żądania ww. dokumentów. Jest to wyłącznie fakultatywne uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 30

Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ

Par. 2 ust. 1, ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w podanym powyżej zakresie dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 4 i 5)

Pytanie nr 31

Par. 3 ut. 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie:Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 32

Par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas reakcji serwisu wynosił 24h w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 33

Par. 3 ust. 5, Par. 4 ust. 1, ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin (godz., godziny)", na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 34

Par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w podanym powyżej zakresie dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 4 i 5)

Pytanie nr 35

Par. 5, Par. 10 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 36

Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.''

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 37

Par. 11 ust. 1, ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 38

Par. 17 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r.,

poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego **wzoru nr 2.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w podanym powyżej zakresie dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (złącznik nr 4 – projekt umowy).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Olsztynie

Irena Kierzkowska