DZPZ/333/22UEPN/2018 Olsztyn, dnia 07 sierpnia 2018 r.

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**
**ul. Żołnierska 18**
**10 – 561 Olsztyn**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów diagnostycznych do badań z zakresu immunochemii, koagulologii oraz hematologii wraz z dzierżawą analizatorów (Ogłoszenie nr 2018/S 135-307603 Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 17 lipca 2018 r.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

**Dotyczy części nr 1**
**Ad. Parametry analizatora głównego**

1. Czy funkcja przebijania korków ma dotyczyć również próbek w trybie CITO?
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora z funkcją przebijania próbek w trybie Cito.**

2. Czy Zamawiający zaakceptuje analizatory o dwóch długościach fali 405 nm (do analiz chromogennych) i 671 nm (do metod krzepnieciowych i ummonologicznych) ? Funkcja przełączania filtrów w przypadku wykrycia interferencji nie ma zastosowania, gdyż długość fali 671 nm zapewnia minimalizacje wpływu interferencji HIL , co wynika ze spektr absorbancji bilirubiny, hemoglobiny i trójglicerydów. Z kolei w analizach wykonywanych przy długości fali 405 nm próbka jest rozcieńczana, co też minimalizuje wpływ interferencji HIL.
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania analizatorów o dwóch długościach fali 405 nm (do analiz chromogennych) i 671 nm (do metod krzepnięciowych i ummonologicznych).**

**Ad. Parametry oceniane**

3. Czy Zamawiający wymaga udokumentowania spełniania parametrów ocenianych w treści oferty?
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie dokonał modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wymaga folderu – katalogu / karty**

**charakterystyki ( w języku polskim ) zawierającego opis - specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, który potwierdza spełnianie wymagań opisanych w Formularzu cenowym, Formularzu parametrów wymaganych oraz Formularzu parametrów ocenianych wraz z numerem katalogowym.**

**4.** Czy Pkt. 5. Parametrów ocenianych "możliwość oznaczania długich czasów PT i APTT min 300 sek ma dotyczyć oryginalnych metod zwalidowanych przez producenta, wpisanych w oprogramowanie aparatu"?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt. 5 w formularzu parametrów ocenianych dotyczy oryginalnych metod zwalidowanych przez producenta, wpisanych w oprogramowanie aparatu.**

**Ad. Parametry graniczne "Warunki graniczne dla analizatora wspomagającego i głównego"**

**5.** Czy Pkt. 23 dotyczy analizatora wspomagającego a punkty 24- 34 obu analizatorów?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt.23 dotyczy analizatora wspomagającego , natomiast pkt.24-34 dotyczy obu analizatorów.**

**Ad. Formularz cenowy**

**6.** Czy proponowane odczynniki powinny pochodzić od producenta aparatu?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania odczynników od producenta analizatora.**

**7.** Czy Zamawiający wymaga płynnych odczynników do antytrombiny?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania płynnego odczynnika do antytrombiny**

**8.** Prosimy o sprecyzowanie jakie dokładnie anality będą oznaczane metodą anty Xa i w jakich proporcjach (metodą ta możnaoznaczać heparyny niefrakcjonowane i drobnoczasteczkowe, rivaroksaban i apiksaban).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższą metodą będzie monitorować leczenie heparyną.**

**9.** Czy Zamawiający w przypadku parametru D-dimer (obok wymaganego doliczenia odczynników na wykonywanie badań kontrolnych) oczekuje również doliczenia odczynników na wykonywania badań "powtórkowych" koniecznych dla wydania ostatecznego wyniku ilościowego w przypadku próbek przekraczających pierwotny zakres pomiarowy? Jeśli tak prosimy o podanie (np w %) ilości próbek o wynikach:- do 4000 ng/ml FE-między 4000-7600 ng/ml FEU-powyżej 7600 ng/ ml FEU.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podana ilość oznaczeń w formularzu cenowym jest ilością z badaniami powtórkowymi.**

**Dotyczy części nr 2**

**Ad. Parametry analizatorów hematologicznych Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 25:**

**1.** Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie w/w zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego.
Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:
„*z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów*".

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Dotyczy części nr 3**

**Dotyczy w pozycji 40 : Hba1c ilość badań na 3 lata 27000**

**1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/wymienionej pozycji oraz materiałów kontrolnych do w/ wym. oznaczenia - do osobnego pakietu, a tym samym umożliwi dokonania wyboru spośród metod referencyjnych, zalecanych przez międzynarodowe środowiska Diabetologiczne izłożenia ofert w Postępowaniu, szerokiemu i konkurencyjnemu gronu wykonawców ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**2**. W zał. nr 6- parametry oceniane p. 1 - Zamawiający potwierdził- przyznając takiemu rozwiązaniu ocenę wartości 5 punktów- że ważne jest dla niego wykonywanie oznaczenia Hba1c bezpośrednio z krwi pełnej na pokładzie analizatora- bez konieczności manualnego przygotowywania hemolizatów.

Oferowane przez nas oznaczenie wykonane jest z próbki krwi pełnej ( bez konieczności przygotowywania hemolizatów), na analizatorze automatycznym , bez udziału operatora w manualnym przygotowaniu hemolizatu, techniką– jak wynika z badań porównawczych - najbardziej obecnie

zbliżoną do metod referencyjnych, jakimi są zestawy naukowe: HPLC-LC lub HPLC-CE, która to metoda dla opisanego badania jest uznaną na świecie metodą, najwyżej cenioną przez Międzynarodowe Środowiska Diabetologiczne.

Zwracamy uwagę, że znacząca ilość badań HbA1c wykonywanych w Państwa Placówce, uzasadniałaby w trosce o Pacjentów, wprowadzenie nowocześniejszej od biochemicznej techniki badań, opartej na wysokiej jakościowo metodzie, dodatkowo- co bardzo ważne dla Laboratorium- wykonywanej w standardzie pełnej automatyzacji.

Oznaczenie Hba1c metodą elektroforezy kapilarnej, którą chcielibyśmy Państwu zaoferować , posiada certyfikat NGSP, uczestniczy w badaniach kontroli zewnętrznej NGSP, osiągając każdorazowo bardzo wysokie oceny, a także w 2018 roku uzyskała najwyższą możliwą ocenę ( GOLD) przyznana w certyfikacji IFCC. Dodatkowo charakteryzuje je znacznie szersza niż w metodachbiochemicznych i turbidymetrycznych liniowość oznaczeń,lepsze zakresy pomiarowe, precyzja oznaczenia oraz zapewnia uniknięcie wpływu na wynik badania, m.in. takich interferencji jak wysokie stężenia HbF,HbA, labilne postacie HbA1c, hiperlipidemia, obecność we krwi nieprawidłowych hemoglobin, ( np. karbamylowanych lub acetylowanych ), co jest zgodne zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dla wyników badań tego parametru.Technika wykonania pomiaru wyklucza dodatkową ingerencję operatora ( w trakcie przygotowywania hemolizatów), a tym samym zapewnia uniknięcie błędów wynikających z przygotowawczych czynności manualnych. Dodatkowo- każda próbka jest przed pomiarem dokładnie mieszana, co zapobiega wpływowi sedymentacji na wynik pomiaru.

Dokonując, w chwili przygotowywania postępowania wyboru metody biochemicznej dla oznaczenia Hba1c odrzucacie Państwo wszystkie te - dostępne obecnie pacjentom nowoczesne możliwości diagnostyczne. Planując wykonanie badania Hba1c- które wykonywane jest zawsze z próbki pełnej krwi, na wyspecjalizowanym dla tego badania analizatorze, mielibyście Państwo możliwość uniknięcia (w odniesieniu do pewnych kombinacji testów przeprowadzanych jednocześnie z HbA1c ) –

Stosowania specjalnych, dodatkowych cykli mycia analizatora biochemicznego, dodatkowo obciążających analizator i stanowiących dodatkowy– pozornie mało widoczny , ale w efekcie poważny wzrost kosztu badań. Prosimy o uwzględnienie , że przychylenie się do naszej prośby i wyłączenie tego badania do osobnego pakietu może to stanowić dla Zamawiającego korzyść jakościową - z uwagi na możliwość stosowania rozwiązań uwzględniających najnowocześniejsze osiągnięcia aktualnego stanu wiedzy diagnostycznej i diabetologicznej , oraz stanowić uzasadnioną korzyść zarówno pod względem kosztów badań jak i czasu analiz . W przypadku odpowiedzi twierdzącej, zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie zmian w treści umowy oraz w opisie zamówienia .

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby karty charakterystyki zawierające opis – specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające iż oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, zostały przesłane Zamawiającemu w formie elektronicznej np. na CDRom lub pendrive. Uzasadnienie: ulotki zawierają od 10 do 15 stron, karty charakterystyk od 10 do 55 stron.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozdziałem X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oczekuje złożenia oferty w formie pisemnej, w języku polskim .**

**4.** Czy Zamawiający w formularzu cenowym załącznik nr 2 wyrazi zgodę na podanie w kolumnie B cenę jednostkową netto za opakowanie a w kolumnie E cenę jednostkowa brutto za opakowanie?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość złożenia oferty w powyższy sposób , jednakże wymaga zgodnie z zapisami w formularzu cenowym w kolumnie Y podania ile oznaczeń , testów itp. Zawiera opakowanie .**

**5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby tabelę cenową rozbudować o odpowiednią ilość wierszy przeznaczonych na wycenę kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych zamiast uwzględniać jednej zbiorczej wartości? Uzasadnienie: różne stawki VAT dla oferowanych wyrobów.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.**

**6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostarczenia analizatorów z 15 dni na min. 21 dni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie dokonał modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia ( projekt umowy – załącznik nr 4 ).**

**7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw z 72h na min. 5 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**8.** Czy zamawiający dopuści backup'owy moduł immunochemiczny o maksymalnej wydajności do 100 badań na godzinę, przy zaoferowaniu podstawowego modułu o maksymalnej wydajności 200 badań na godzinę? Średnia wydajność będzie taka jak wymagana (2x150 badań/h).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora backup'owego moduł immunochemiczny o maksymalnej wydajności do 100 badań na godzinę, przy zaoferowaniu podstawowego modułu o maksymalnej wydajności 200 badań na godzinę. Średnia wydajność taka jak wymagana (2x150 badań/h).**

**9.** Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ, część 3, parametry graniczne .Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie w języku angielskim o łatwym, intuicyjnym menu wraz z przeszkoleniem w obsłudze?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania analizatorów z oprogramowaniem w języku angielskim .**

**10.** Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ, część 3, parametry graniczne .Czy Zamawiający w pozycjach 21. I 48. pod pojęciem „Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek i powtarzania oznaczeń przy przekroczeniu zakresu liniowości" rozumie funkcję automatycznego rozcieńczania przez analizator przy przekroczeniu zakresu liniowości?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie dokonał modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.**

**11.** Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ, część 3, parametry graniczne

Czy Zamawiający w poz. 27 wymaga, aby ilość zaoferowanych opakowań odczynników była zgodna z terminami stabilności po otwarciu zgodnie z zapisami w instrukcjach użytkowania tych odczynników?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga powyższego.**

**12.** Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ, część 3, parametry graniczne

Czy Zamawiający dopuści nie zaoferowanie kontroli zewnętrznej dla parametrów dla których taka kontrola nie jest oferowana na rynku?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.**

**13.** Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ, część 3, parametry graniczne

Celem dobrania odpowiedniego materiały kontrolnego prosimy o wyszczególnienie, które parametry Zamawiający ma zamiar kontrolować przy pomocy kontroli niezależnego producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przewiduje kontrolę parametrów immunochemicznych przy pomocy kontroli niezależnego producenta.**

**14.** Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ, część 3, parametry graniczne

Czy Zamawiający dopuści usunięcie wymogu „Konieczność wykonania na analizatorach oznaczenia ilościowego wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda"? Oferent w przypadku podpisania kontraktu sfinansuje wykonywanie tych badań w laboratoriach zewnętrznych z odbiorem próbek od Zamawiającego i zwrotnym dostarczeniem wyników. Takie dopuszczenie będzie skutkowało większą konkurencyjnością ofert przetargowych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**15.** Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ, część 3, parametry graniczne

W przypadku braku zgody na pytanie 13, czy pozycji 42 czy Zamawiający dopuści zaaplikowanie odczynnika zewnętrznego na zaproponowane platformy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.**

**16.** Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ, część 3, Wymagania dla dodatkowego sprzętu komputerowego wraz z czytnikami i drukarkami. Czy sprzęt komputerowy dla zapewnienia dla zapewnienia wysokiej jakości zabezpieczeń i ciągłej ich aktualizacji powinien być nowy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie określił powyższego.**

**17.** Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, część 3, Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymaga aby badanie kortyzolu było możliwe do wykonania w moczu metodą bezpośrednią?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wymaga powyższego.**

**18.** Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, część 3, Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści w miejsce wymaganej Troponiny T, zaoferowanie wysokoczułej Troponiny I i połączenie pozycji 3 i 4 formularza cenowego w jedną? Wg wytycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego – „Markerem z wyboru jest troponina (T lub I), ze względu na wysoką czułość i specyficzność(…)" - *The European Society of Cardiology.*

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**19.** Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, część 3, Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o podanie ile testów bHCG będzie robionych jako marker nowotworowy, a ile jako marker ciążowy? Oferent w przypadku podpisania kontraktu sfinansuje wykonywanie badania bHCG jako markeru nowotworowego w laboratoriach zewnętrznych z odbiorem próbek od Zamawiającego i zwrotnym dostarczeniem wyników. Takie dopuszczenie będzie skutkowało większą konkurencyjnością ofert przetargowych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności nie jest w stanie oszacować w jakim procencie będzie wykonywać badanie jako marker nowotworowy , a w jakim jako marker ciążowy.**

**20.** Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, część 3, Opis przedmiotu zamówienia

Czy zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu wykonywania TSH-I parametru na analizatorach? Oferent w przypadku podpisania kontraktu sfinansuje wykonywanie tych badań w laboratoriach zewnętrznych z odbiorem próbek od Zamawiającego i zwrotnym dostarczeniem wyników. Takie dopuszczenie będzie skutkowało większą konkurencyjnością ofert przetargowych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**21.** Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, część 3, Opis przedmiotu zamówienia
Czy Zamawiający w pozycji 8. zamierza oznaczać Intact PTH (Intact Parathormon)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż będzie wykonywać oznaczenie Intact PTH (Intact Parathormon).**

**22.** Dotyczy Formularz patametrów ocenianych, część 3.
Czy Zamawiający zgodzi się przyznać maksymalną ilość punktów w punkcie 3, w przypadku zaoferowania możliwości załadunku odczynników w trakcie pracy analizatora w przypadku modułu immunochemicznego proponowanej platformy back-up?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**23.** Czy Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów w punkcie 5, w przypadku zaproponowania rozwiązania, w którym elektrody Na, K, Cl wymieniane są jednocześnie w postaci zintegrowanego chipa?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**24.** Czy Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów w punkcie 4, w przypadku zaoferowania rozwiązania, w którym zastosowano technologię aktywnego mycia igieł, ograniczającego ryzyko kontaminacji poniżej instotnosci klinicznej?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**25.** Załącznik nr 2 p. 32: Czy pod określeniem TSH-I zamawiający rozumie test do oznaczania przeciwciał anty- TSHR?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania testu do oznaczania przeciwciał anty- TSHR.**

**26.** Dot. Załącznika 6, część 3 p.3: Czy Zamawiający uzna odpowiedź TAK i przyzna punkty dla systemu zintegrowanego, gdzie w części biochemicznej możliwość dostawiania odczynników do analizatora następuje w czasie pracy, a w części immunochemicznej możliwość dostawiania odczynników następuje w trybie stand-by, z szybkim czasem przejścia do pracy rutynowej w czasie poniżej 5 minut?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**27.** Dot. Załącznika 5 część 3 pkt. 31,51,52 Prosimy o podanie nazwy dostawcy i numerów wymaganej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej oraz wewnątrzlaboratoryjnej.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie sprecyzował powyższego wymogu i oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.**

**Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:**

1. **§1 ust. 7:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przesyłania świadectw kontroli do każdej serii produktów, które zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE należą do podkategorii "*wszystkie inne wyroby do diagnostyki in vitro*". Grupa ta jest definiowana w Dyrektywie IVD jako grupa o najniższym potencjalnym ryzyku i jako taka nie podlega obowiązkowi angażowania jednostki notyfikowanej ani wydawania świadectw partii wyrobów w procedurze znakowania CE oraz rejestracji wyrobów IVD. Do powyżej grupy zostały zaklasyfikowane oferowane przez nas produkty. Jednocześnie dzięki posiadanej certyfikacji ISO 9001 i ISO 13486 możemy potwierdzić, że każdy wyrób Sysmex (i tym samym każda partia odczynników Sysmex) musi przejść ścisłe kontrole jakości zanim zostanie wprowadzona na rynek sprzedaży. W związku z powyższym, publikowanie dokumentacji dotyczącej pojedynczej partii (tj. świadectw dla danych partii wyrobów) nie jest dla naszych produktów obowiązkowe.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

2. **§2 ust. 5:** Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie w/w zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego.
   Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:
   „*z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów*".

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

3. **§3 ust. 1:** Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
   „*W okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający*".

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

4. **§3 ust. 6:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość telefonicznego kontaktu z serwisem 7 dni w tygodniu w ciągu dnia – dni robocze od 7:30 do 17:00, w dni wolne od pracy od 9:00 do 14:00 wraz z możliwością zdalnego połączenia za pomocą sieci, również w dni wolne od pracy?
   Jeżeli tak prosimy o modyfikację ww. zapisu umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie dokonał modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( projekt umowy – załącznik nr 4 )**

**5. §4:** Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis: *„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy."*Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( projekt umowy – załącznik nr 4 ).**

**6. §10 pkt. 1:** Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości <u>netto nie brutto.</u> VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**7. §10:** Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:
*„Obowiązek naliczania kar umownych za nieterminowe dostawy nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty."*

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**8. §10:** Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
*„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego".*

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**9. §11 ust. 1:** Prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu *„w terminie 60 dni od otrzymania od Wykonawcy oryginału faktury jednostkowej"* wyrażeniem *„w*

*terminie 60 dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego".*

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**10. §11:** Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„*W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie*."

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**11. §11:** Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

*„Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni."*

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**12.** Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.**

**13.** Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga przeszkolenie personelu w ilości 22 osób.**

**14.** Par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin/y", na "godzin/y w dni robocze"?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**15.** Par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "max. 60 min." na "max. 24 godziny w dni robocze"?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**16.** Par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami projektu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany dzierżawionego aparatu na nowy w przypadku trzech awarii tego samego podzespołu analizatora w przeciągu pól roku.**

**17.** Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę "72 godz." na "72 godz. w dni robocze"?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.**

**18.** Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.''

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**19.** Par. 11 ust. 1, ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**20.** Par. 17 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin", na "godzin w dni robocze"?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.**

**Dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przedstawienia jednolitych dokumentów (JEDZ) i innych dotyczących podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy jednocześnie nie są podmiotami na zasoby których powołuje się wykonawca? Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 25a ust. 5 Prawa zamówień publicznych: „Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. " Powyższe w odniesieniu do pozostałych dokumentów wprost potwierdza Par. 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) tj.: „Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych

w art. 22a ustawy."W związku z powyższym w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia innemu podmiotu, a jednocześnie nie polega na jego zasobach w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ustawodawca nie obliguje zamawiającego do żądania ww. dokumentów. Jest to wyłącznie fakultatywne uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Olsztynie
*Irena Kierzkowska*