

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 18**  
**10 – 561 Olsztyn**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ**  
**Część nr 1**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wybór dostawcy balonów do kontrpulsacji wewnątrzortalnej oraz cewników do wawuloplastyki

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

**Dotyczy części nr 1**

*1. Pozycja nr 1* Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu balony do kontrpulsacji o parametrach:

dostępne balony o profilu 7,5 F o wym. 30cc, 40cc, - MEGA

- dostępny balon o profilu 8F o wymiarze 50cc dedykowany dla pacjentów od 162cm
- w zestawie bezszwowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta z dedykowanymi uchwytami typu klips
- sterylny zestaw wprowadzający z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym, rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem, nasadką luer, przedłużaczem cewnika, drenem ciśnieniowym oraz strzykawką i zastawką jednokierunkową
- port do pomiaru ciśnienia
- jednakowa średnica zwiniętego balonu i shaftu (bez skoku pomiędzy balonem a shaftem)
- konstrukcja membrany balonu typu „foldeddesigne”
- budowa shaftu typu „co lumen”, bez zbrojenia
- koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną
- termin przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy
- instrukcja obsługi w języku polskim
- kanał ciśnienia wykonany z poliimidu, o średnicy minimum 0,027”
- kompatybilny z konsolą Datascope

- przewodnik pokryty PTFE. Możliwość zamówienia dodatkowych przewodników, dostępnych niezależnie od balonów
- markery widoczne w skopii

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 1 balonów do kontrpulsacji o podanych powyżej parametrach pod warunkiem kompatybilności z pompami ARROW ACAT 1 +.**

2. Pozycja nr 2 Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu balony do kontrpulsacji o parametrach:

- dostępne balony o profilu 7,5 F o wym. 25cc, 34cc, 40cc, - LINEAR
- sterylny zestaw wprowadzający z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym, rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem, nasadką luer, przedłużaczem cewnika, drenem ciśnieniowym oraz strzykawką i zastawką jednokierunkową
- port do pomiaru ciśnienia
- jednakowa średnica zwiniętego balonu i shaftu (bez skoku pomiędzy balonem a shaftem)
- konstrukcja membrany balonu typu „foldeddesign”
- budowa shaftu typu „co lumen”, bez zbrojenia
- koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną
- termin przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy
- instrukcja obsługi w języku polskim
- kanał ciśnienia wykonany z poliimidu, o średnicy minimum 0,027”
- kompatybilny z konsolą Datascope
- przewodnik pokryty PTFE. Możliwość zamówienia dodatkowych przewodników, dostępnych niezależnie od balonów
- markery widoczne w skopii

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 2 balonów do kontrpulsacji o podanych powyżej parametrach pod warunkiem kompatybilności z pompami ARROW ACAT 1 +.**

2. Pozycja 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki do kontrpulsacji wewnątrzortalnej z pełnym zestawem wprowadzającym, bez zbrojenia shaftu cewnika metalowym oplotem i średnicy 7F dla rozmiaru 40 cc? Dla zachowania jak najlepszej dostarczalności cewnika wyposażony jest on w fabrycznie nałożoną rozrywaną koszulkę typu peel-away przy jednoczesnym zachowaniu średnicy

cewnika na poziomie 7F niezależnie od pojemności. Pozostałe parametry techniczne pozostają bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 1 i 2 balonów do kontrpulsacji o podanych powyżej parametrach pod warunkiem kompatybilności z pompami ARROW ACAT 1+.**

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA  
SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE  
*Irena Kierzkowska*

.....

( *Podpis osoby uprawnionej* )