

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wybór dostawcy cewników do walwuloplastyki

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku cenowym balonów do walwuloplastyki o następujących parametrach:

Średnice nominalne balonów od 4 mm do 40 mm. Długość 20,30,40,50,60 mm. RBP od 1 do 15 atm, ciśnienie nominalne maks. 6atm. Długość cewnika 100 cm. Cewnik kompatybilny z przewodnikiem od 0,025" do 0,035" oraz introduktorem od 5 F do 16 F. Dostępna wersja z balonem typ " dog bone " o dostępnych średnicach ramion: 22, 25, 28, 30mm. Średnica przewężenia rozszerza się do 90% maksymalnej średnicy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwości zaoferowania balonów do walwuloplastyki o podanych powyżej parametrach .

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE
Irena Kierzkowska

.....

(Podpis osoby uprawnionej)