

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 180  
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa myjki – dezynfektora do obuwia szpitalnego, postępowanie nr DZPZ/333/178/2019

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa myjki – dezynfektora do obuwia szpitalnego, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie o wymiarach 450 x 600 x 850 mm (szer. x gł. x wys.)

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie myjni o powyższych wymiarach.**

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie o maksymalnej wysokości komory 57 cm ? TAK

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza myjnie o wyżej wymienionej wysokości komory.**

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wadze 70 kg ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza myjnie o wadze 70 kg.**

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie o mocy dużo niższej od wymaganej przez Zamawiającego TJ. 7 KW LUB 2,8 KW ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści myjnie o w/w mocy.**

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie dużo bardziej cichszą, poziom hałasu max. 50dB?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści myjnie o w/w poziomie hałasu.**

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie o zużyciu 9l wody na fazę ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści myjnie o w/w zużyciu wody na fazę.**

7. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem kosza do mycia obuwia operacyjnego o pojemności 12 par ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga kosza do mycia obuwia na min. 6 par i dopuszcza kosz do 12 par.**

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie tylko z portem RS232 do komunikacji z komputerem lub drukarką bez wymogu złącza software MIKE 2 oraz portu IR podczerwieni, które wskazują jednoznacznie na rozwiązanie tylko i wyłącznie jednego producenta ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści w/w urządzenie, bez wymogu złącza software MIKE 2 oraz portu IR podczerwieni.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia do 4 tygodni od dnia podpisania umowy ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści dostawę urządzenia w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.**

**1) dot. Załącznik nr 2 (Wzór formularza cenowego)**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało wbudowaną szafkę pod komorą mycia, pozwalającą na umieszczenie co najmniej dwóch preparatów chemicznych potrzebnych do przeprowadzenia procesu mycia i dezynfekcji?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga ale dopuści w/w urządzenie.**

**2) dot. Załącznik nr 2 (Wzór formularza cenowego)**

Czy Zamawiający odstąpi od wyposażenia myjni w software MIKE2 oraz port IR na podczerwień? To dodatkowe wyposażenie najczęściej jest stosowane do sterowania urządzeniem z poziomu mobilnych urządzeń komputerowych, co w praktyce nie ma większego zastosowania, a stanowi dodatkową opcję zwiększającą koszt samego urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odstąpi od wyposażenia myjni w software MIKE2 oraz port IR na podczerwień.**

**3) dot. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej pkt. III**

Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy? Tego typu urządzenia, z uwagi na możliwość zastosowania różnych opcji, są produkowane na potrzeby konkretnego zamówienia i okres ich produkcji oraz dostawy to z reguły okres 6-8 tygodni.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści dostawę urządzenia w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.**

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*  
(Podpis osoby uprawnionej)