

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 180  
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa myjki – dezynfektora do obuwia szpitalnego - powtórzenie, postępowanie nr DZPZ/333/183/2019

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa myjki – dezynfektora do obuwia szpitalnego - powtórzenie, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o szerokości komory myjącej 37 cm przy możliwości załadunkowej zgodnej z wymaganiami.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w/w parametru urządzenia.**

2. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o temperaturze termodezynfekcji do 95°C co znacząco skróci czas procesu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w/w parametru urządzenia.**

3. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w jedno ramię myjące na dnie komory oraz dodatkowe ramię jako wyposażenie wózka wsadowego (półki) do mycia obuwia przez które są realizowane fazy zarówno mycia jak i płukania.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza urządzenia o w/w wyposażeniu.**

4. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o odpływie wspomaganym za pomocą pompy odpływowej i średnicy odpływu 50 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w/w parametru urządzenia.**

5. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez czujnika drożności odpływu. Wymaganie nie ma uzasadnienia praktycznego ze względu na posiadanie przez urządzenie filtracji odpływu / wody.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza urządzenia bez w/w parametru.**

6. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w komorę o gabarytach umożliwiającym jednoczesne mycie i dezynfekcję 7 par obuwia, co jest rozwiązaniem lepszym od wymaganego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie z w/w rozwiązaniem.**

7. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w komorę o gabarytach umożliwiającym jednoczesne mycie i dezynfekcję 12 par obuwia, co jest rozwiązaniem lepszym od wymaganego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie z w/w rozwiązaniem.**

8. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w komorę spawaną, co jest rozwiązaniem równoważnym.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w/w wyposażenia urządzenia.**

9. Prosimy o wyjaśnienie wymagania dotyczącego czasu trwania programów. Przy założonych parametrach z punktu 9. wymaganych parametrów ( $A_0 = 60$ , temperatura termodezynfekcji =  $74^{\circ}\text{C}$ ) czas termodezynfekcji wyniesie 4 minuty, w związku z czym fizycznie niemożliwe jest przeprowadzenie skutecznego procesu mycia i dezynfekcji w podanych czasach (6, 8, 7,5 minuty w zależności od programu), przy czym na czas trwania procesu składają się również dodatkowe czynniki, takie jak czas napełnienia komory wodą, podgrzanie wody w komorze do zadanej temperatury itp. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu dotyczącego podanych czasów trwania programów.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy Zaprośnienia do złożenia oferty cenowej i pozostaje przy czasach przebiegu procesu określonych w poz. 21 formularza cenowego. Zamawiający dopuszcza wyższą temperaturę dezynfekcji termicznej.**

10. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia nie wyposażonego w bojler.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w/w urządzenia.**

11. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w dwa czujniki temperatury i odstąpienie od zapisu „w tym jeden na spodzie zbiornika, a jeden na spodzie bojlera”.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza nie wymaga w/w wyposażenia urządzenia.**

12. Prosimy o odstąpienie od zapisu w „Filtr wodny typu ActivPlus”, co jednoznacznie wskazuje na jednego producenta oraz dopuszczenie do zaoferowania myjni z filtrem wody.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązanie równoważne.**

13. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w system odwróconej osmozy nie zintegrowany z urządzeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w/w rozwiązania dla opisanego wyposażenia urządzenia.**

14. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o zużyciu wody płuczącej 9 litrów na cykl.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza, nie wymaga w/w parametru.**

15. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w p. 30 „Pompa wodna (0,55 kW) umożliwia mycie wodą przy przepływie 5 l/ min.”? Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z pompą obiegową o przepływie 400 l/min.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z w/w pompą obiegową.**

16. Prosimy o odstąpienie od wymogu w p. 35: „Miejsce przeznaczone na pojemniki ze środkami chemicznymi montowane pod urządzeniem, zwiększające jednocześnie wysokość na jakiej znajduje się komora myjąca.”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

17. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o głębokości maksymalnej 62 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza w/w parametr.**

18. Czy Zamawiający wymaga automatycznie uchylanych po procesie drzwi z uwagi na możliwość szybszego odparowania ładunku?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza, nie wymaga urządzenia wyposażanego w w/w parametr.**

19. Czy Zamawiający wymaga urządzenia medycznego w rozumieniu dyrektywy 93/42/EEC i potwierdzenia certyfikatem CE wydanym przez niezależną jednostkę?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie stawiał takiego wymogu w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga w/w urządzenia.**

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*  
(Podpis osoby uprawnionej)