

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych do wszczepu soczewek wewnątrzgałkowych torycznych, postępowanie nr DZPZ/333/194/2019

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych do wszczepu soczewek wewnątrzgałkowych torycznych, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści narzędzie o długości całkowitej 155mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

2. Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści narzędzie o długości całkowitej 133mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

3. Czy w pozycji 2 Zamawiający wymaga zaoferowanie samej miarki wyznaczającej oś astygmatyzmu, czy miarkę oraz marker znakujący oś astygmatyzmu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że narzędzia z pozycji 1 i 2 powinny być ze sobą kompatybilne.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)