

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę materiałów medycznych – różnych, jednorazowego użytku** (*Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 617507- N - 2019 z dnia 31-10-201 r.*)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Dotyczy części nr 2

Czy Zamawiający dopuści test kasetkowy umożliwiający uzyskanie wyniku ilościowego dla kalprotektyny w zakresie 1-1,000 mg/kg, wraz z dostarczeniem na czas trwania umowy czytnika do testów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania testu kasetkowego umożliwiającego uzyskanie wyniku ilościowego dla kalprotektyny w zakresie 1-1,000 mg/kg, wraz z dostarczeniem na czas trwania umowy w cenie umowy czytnika do powyższych testów.

Dotyczy części nr 3

Ponieważ szkiełka podstawowe mają być kompatybilne z aparatem Mythicts Cormay, prosimy o informację czy mają to być szkiełka podstawowe w miarę czyste i gładkie czy szkiełka np. ze szkła białego (charakteryzujące się zawartością Fe₂O₃ mniejszą bądź równą 0,02 % w zawartości całkowitej składu chemicznego szkła) z zachowaniem pozostałych zapisów przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie może udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie „...prosimy o informację czy mają to być szkiełka podstawowe w miarę czyste i gładkie czy szkiełka np. ze szkła białego (charakteryzujące się zawartością Fe₂O₃ mniejszą bądź równą 0,02 % w zawartości całkowitej składu chemicznego szkła)...”, ponieważ Zamawiający nie precyzuje powyższych parametrów, a jedynie wymaga zaoferowania szkiełek podstawowych o wymiarach 76 x 25 lub 26 mm , grubość 1 mm , ze szlifowanymi krawędziami i polem do opisu , krawędzie pod kątem 45-90 st. i narożniki pod kątem 45 st. , kompatybilnych z aparatem Mythicts Cornej , która to będzie sprawdzona na etapie oceny i badania ofert. Zgodnie z zapisami SIWZ w celu potwierdzenia kompatybilności oferowanego asortymentu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do dostarczenia próbek.

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)