

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 180  
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa sprzętu do profilaktyki p/odleżynowej, postępowanie nr DZPZ/333/1/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa sprzętu do profilaktyki p/odleżynowej, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Część 1

1. Czy Zamawiający dopuści bardziej skuteczny i komfortowy dla pacjenta materac o wysokości 20cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w materac.**

2. Czy Zamawiający zamiast wyboru wartości ciśnienia w materacu dopuści bardziej świadomy wybór wagi pacjenta w materacu? Jest to rozwiązanie lepsze pozwalające w skuteczny sposób automatycznie dostosować ciśnienie do wagi pacjenta.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w rozwiązanie w materacu.**

3. Czy Zamawiający dopuści zaawansowany materac z możliwością wyboru tylko dwóch trybów – zmiennociśnieniowego (dodatkowo wyposażonego w 4 zmienne czasy) oraz maksymalnego wypełnienia komór ale przeznaczonego dla pacjentów do 200 kg zamiast do 150 kg

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w materac.**

4. Czy Zamawiający dopuści szerokość materaca 800 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w szerokość materaca.**

5. Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości 12 cm? Parametr ten różni się tylko o 1 cm od oczekiwanego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w materac.**

Część 2

1. Czy Zamawiający dopuści zaawansowany materac z możliwością wyboru tylko dwóch trybów – zmiennociśnieniowego (dodatkowo wyposażonego w 4 zmienne czasy) oraz maksymalnego wypełnienia komór?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w materac.**

2. Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości 22-23 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w materac.**

3. Czy Zamawiający dopuści szerokość materaca 800 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w szerokości materaca.**

Część 1: **Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 150 kg – poz. 1**

Prosimy o określenie czy chodzi o materac wymienny przeznaczony do położenia bezpośrednio na ramie leża czy o materac w formie nakładki – do położenia na materacu piankowym?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że chodzi o materac w formie nakładki wg. specyfikacji określonej w formularzu parametrów wymaganych/ocenyanych.**

Pkt.3

Prosimy o dopuszczenie wyraźnie oznaczonego zaworu CPR umieszczonego na przewodach materaca (od strony nóg) .

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w rozwiązania materaca.**

Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie funkcji transportowej realizowanej poprzez złączenie przewodów materaca za pomocą szybkozłączki.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści w/w funkcję materaca.**

Pkt.5

Prosimy o dopuszczenie pompy automatycznej, która samoczynnie dostosowuje poziom ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy formularza parametrów wymaganych/ocenyanych.**

Pkt.5

Prosimy o dopuszczenie pompy ze stałym cyklem pracy 10 min.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w rozwiązania materaca.**

Pkt.6

Prosimy o dopuszczenie maksymalnego wypełnienia komór z automatycznym powrotem po 24 lub po 30 min.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści w/w funkcję materaca.**

Część 1: **Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 200 kg – poz. 1**

Pkt.4

Prosimy o dopuszczenie wyraźnie oznaczonego zaworu CPR umieszczonego na przewodach materaca (od strony nóg).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w rozwiązania materaca.**

Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie funkcji transportowej realizowanej poprzez złączenie przewodów materaca za pomocą szybkozłączki.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści w/w funkcję materaca.**

Pkt.8

Prosimy o dopuszczenie pompy automatycznej, która samoczynnie dostosowuje poziom ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w rozwiązania materaca.**

Pkt.58

Prosimy o dopuszczenie pompy ze stałym cyklem pracy 10 min.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w rozwiązania materaca.**

Pkt.9

Prosimy o dopuszczenie maksymalnego wypełnienia komór z automatycznym powrotem po 20 min.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści w/w funkcję materaca.**

#### Część 4: Pozostały sprzęt p/odleżynowy – poz. 1-2

##### Pkt. 1

Prosimy o dopuszczenie podkładki przeciwośleźynowej osłaniającej piętę i kostki, o wymiarach 25,4x12x1 cm wykonanej z medycznego żel silikonowego pokrytego poliuretanem, o powierzchni łatwej do utrzymania w czystości i przystosowanej do dezynfekcji, zapinanej przy pomocy rzepów, stosowana w celu ochrony pięt, do stosowania w ułożeniu pacjenta na plecach i na boku.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy formularza parametrów wymaganych/ocenianych.**

##### Pkt. 2

Prosimy dopuszczenie pozycjonera o wymiarach 34,5 x 12 x 7 cm (OA053) wykonanego z medycznego żel silikonowego pokrytego poliuretanem, bez zawartości lateksu, odpornej na odkształcanie, powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości i przystosowana do dezynfekcji. Gwarancja 24 miesiące

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy formularza parametrów wymaganych/ocenianych.**

Część 3: Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 200 kg z przechylami bocznymi - 1szt.

#### WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

##### Punkt 1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy przeznaczony dla pacjentów w profilaktyce i w leczeniu odleżyn do IV stopnia?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy formularza parametrów wymaganych/ocenianych.**

##### Punkt 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy z możliwością regulacji czasu rotacji w zakresie 15-90 minut?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w rozwiązania materaca.**

##### Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy z funkcją przechyłów uruchamianych w pompie?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w rozwiązania materaca.**

##### Punkt 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy bez funkcji rozpoznawania obciążenia wywieranego na materac przez pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w materac.**

##### Punkt 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy z zaworem CPR umieszczonym od strony nóg pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w rozwiązania materaca.**

##### Punkt 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy wyposażony w mocowanie do ramy łóżka?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy formularza parametrów wymaganych/ocenianych.**

Punkt 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy wyposażony w pompę z alarmami: alarm w przypadku awarii zasilania, alarm w przypadku niskiego ciśnienia?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy formularza parametrów wymaganych/ocenianych.**

Punkt 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy wyposażony w pompę bez filtra powietrza?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w materac.**

Punkt 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy o długości przewodu zasilającego minimum 200cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w materac.**

Punkt 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy o maksymalnej wadze pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną 260 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga ale dopuszcza taki materac.**

Punkt 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy o wymiarach co najmniej 196 x 84 x 21cm ± 1cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy formularza parametrów wymaganych/ocenianych.**

Część 2: Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 200 kg – 2szt.  
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Punkt 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy wyposażony w 17 komór?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści w/w materac.**

Punkt 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy wyposażony w zawór CPR od strony nóg pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w rozwiązania materaca.**

Punkt 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy wyposażony w mocowanie do ramy łóżka?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy formularza parametrów wymaganych/ocenianych.**

Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy przeznaczony dla pacjentów o masie do 250 kg bez przełącznika masy ciała pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w rozwiązania materaca.**

Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy wyposażony w pompę bez filtra powietrza?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w rozwiązania materaca.**

Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy o długości przewodu zasilającego minimum 200cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w materac.**

Punkt 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy o maksymalnej wadze pacjenta 250 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga ale dopuszcza taki materac.**

Punkt 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy o wymiarach co najmniej 198cm x 86cm x 21cm ± 1cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza w/w rozmiary materaca.**

Część 1: Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 150 kg – 15 szt.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Punkt 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy zabezpieczony przed przedostawaniem się nieczystości do wnętrza materaca?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy formularza parametrów wymaganych/ocenianych.**

Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy wyposażony w pompę bez możliwości wyboru wartości ciśnienia w materacu?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w rozwiązania materaca.**

Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy dla pacjentów o masie 200kg wyposażony w pompę bez filtra powietrza?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w rozwiązania materaca.**

Punkt 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy o długości przewodu zasilającego minimum 200cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w rozwiązania materaca.**

Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny materac renomowanej firmy o wymiarach wymiarach co najmniej 196cm x 86cm x 13cm ± 1cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza w/w rozmiary materaca.**

**Pytania:**

**Dotyczy Załącznik nr 3 do Zaproszenia - FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH - Część 1: Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 150 kg – 15 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości materac bez funkcji wyboru wartości ciśnienia, za to z funkcją wyboru wagi pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w rozwiązania materaca.**

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości materac z funkcją maksymalnego wypełnienia komór do 20 minut?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści w/w funkcję materaca.**

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości materac z kablem zasilającym o długości 487,6 cm?  
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści w/w długość kabla zasilającego w materacu.**
4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości materac z komorami o wysokości 12,7 cm?  
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy formularza parametrów wymaganych/ocenianych.**

**Dotyczy Załącznik nr 3 do Zaproszenia - FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH - Część 2: Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 200 kg – 2szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości materac z funkcją maksymalnego wypełnienia komór do 20 minut?  
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści w/w funkcję materaca.**
2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości materac z kablem zasilającym o długości 487,6 cm?  
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści w/w długość kabla zasilającego w materacu.**
3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości materac z komorami o wysokości 12,7 cm?  
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy formularza parametrów wymaganych/ocenianych.**

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*  
(Podpis osoby uprawnionej)