

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa wyposażenia do wieży artroskopowej Stryker i wieży Smith&Nephew, postępowanie nr DZPZ/333/47/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa wyposażenia do wieży artroskopowej Stryker i wieży Smith&Nephew, do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie do części 1 :

1. Pytanie do punktu pierwszego : Czy zaproponowany monitor ma spełniać poniższe parametry :
 - monitor w standardzie Full HD
 - przekątna 27 cali
 - Ekran z hartowanego szkła
 - Rozdzielczość 1920 x1080 format 16:9

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zaproponowany monitor ma spełniać powyższe parametry.

2. Pytanie do punktu 2 :Czy źródło światła ma być w najnowszej technologii LED , która jest dużo wydajniejsza niż Lamy ksenonowe ? Czy w technologii z żarówką Ksenonową ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że źródło światła ma być w najnowszej technologii LED.

Pytanie do części 2 :

3. Pytanie do punktu pierwszego : Co zamawiający ma na myśli „kamera” , czy chodzi o głowice do kamery 560 HD Camera ? , czy o urządzenie centralne ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że chodzi o głowice do kamery 560 HD Camera do której podłącza się optykę.

4. Pytanie do punktu czwartego : Smith&Nephew posiada wiele rodzajów kaset do pompy D25:
 - Kasety pakowane po 3szt. kasety jednorazowe ,
 - Kasety pakowane po 3 szt. 24 godzinne do których wymagane są dreny do pacjenta pakowane po 12 szt.

Proszę o udzielenie odpowiedzi o których kasetach myślał zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ma na myśli kasety 24 godzinne wraz z drenami.

Dotyczy: Części 1, pkt. 7 tabeli, wiertarka artroskopowa

„Wyposażenie do zestawu laparoskopowego 1288 SDC Ultra, X8000, producent: Stryker Sp. z o.o., rok produkcji 2009.”

Pytanie 1:

Proszę o doprecyzowanie, czy zamawiający chce otrzymać ofertę cenową na wiertarkę artroskopową zasilaną przewodowo czy akumulatorowo?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że chodzi o wiertarkę o zasilaniu akumulatorowym.

Pytanie 2:

Czy oferta powinna uwzględniać samą rękkojęść czy również akcesoria takie jak w przypadku wiertarki przewodowej, przewód sterujący a w przypadku wiertarki akumulatorowej niezbędne do jej zasilania akumulatory sterylne lub niesterylne z pojemnikami sterylnymi. Jeśli tak proszę o podanie ilości i rodzaju akumulatorów i pojemników.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić 3 akumulatory i 3 pojemniki.

Pytanie 3:

Proszę o doprecyzowanie. Jeśli zamawiający chce otrzymać ofertę na napęd wiertarski zasilany akumulatorowo to czy w ofercie uwzględnić napęd mały typu S8 CD czy duży typu S8 HD?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić napęd S8 CD.

Pytanie 4:

Niezależnie od rodzaju wiertarki proszę o doprecyzowanie czy zamawiający ma na myśli samą rękkojęść czy również zestaw nasadek wiertarskich takich jak: nasadki do drutów Kirschnera, nasadka trójszczękowa kluczykowa typu Jacobs, nasadki typu małe i duże AO, nasadka Hudson/Modified Trinkel, nasadka pilarska?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić wszystko.

Pytanie 5:

Czy w ofercie uwzględnić dedykowaną kasetę z tacą do przechowywania, mycia i sterylizacji elementów zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić dedykowaną kasetę z tacą do przechowywania, mycia i sterylizacji elementów zestawu.

Dotyczy: Części 1,

„Wyposażenie do zestawu laparoskopowego 1288 SDC Ultra, X8000, producent: Stryker Sp. z o.o., rok produkcji 2009.”

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany w części 1 w punkcie 1 monitor medyczny spełniał następujące parametry techniczne?

Parametry techniczne:

-Rozdzielczość obrazu 1920x1080

-Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panela wyświetlacza LCD: IPS-Alpha

-Przekątna ekranu 26”, ekran panoramiczny

-Rozmiar plamki: 0,300 (poziom) × 0,300 (pion) mm

-Jasność: 500 cd/m²

-Kontrast: 1400:1

-Maksymalna częstotliwość zegara pikselowego: 165 MHz

-Dwustronna powłoka antyrefleksyjna

-Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H

-5 trybów skalowania obrazu

-Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) 9 specjalności

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga aby oferowany monitor spełniał powyższe parametry techniczne.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane w części 1 w punkcie 2 źródło światła posiadało żywotność LED min 60 000 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga aby oferowane źródło światła posiadało żywotność LED min 60 000 godzin.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany w części 1 w punkcie 3 rękojeść shavera była kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego konsolą artroskopową?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga aby oferowana rękojeść shavera była kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego konsolą artroskopową.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany w części 1 w punkcie 4 optyka artroskopowa była optyką wysokiej rozdzielczości, autoklawowalną, wyposażoną w 3 adaptory do podłączenia światłowodów innych firm o średnicy 4mm, kącie 30 stopni, spajana laserowo, posiadała szkło szafirowe na czole optyki oraz długości roboczej 140 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga aby w/w optyka artroskopowa posiadała powyższe parametry techniczne.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany w części 1 w punkcie 5 światłowod był w przezroczystej osłonie i wymiarach 5mm x 3m ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że światłowod nie musi być w przezroczystej osłonie, pozostałe parametry wymagane.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany w części 1 w punkcie 6 płaszcz wodny był kompatybilny do oferowanej optyki artroskopowej oraz miał średnicę 5,8mm oraz wyposażony był w 2 zawory obrotowe i obturator ołówkowy do kaniuli ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga aby w/w płaszcz wodny był kompatybilny do oferowanej optyki artroskopowej oraz posiadał powyższe parametry.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)