

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 18**  
**10 – 561 Olsztyn**

#### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę różnych wyrobów medycznych – laryngoskopy światłowodowe, układy oddechowe (powtórka), trokary, pasy do zespolenia mostka** ( *Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 557139-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.*  )

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

#### **Dotyczy części nr 1**

- 1. pozycja 8:** Prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji numer 8: „Jednorazowy układ z zastawką” celem umożliwienia złożenia oferty na tę pozycję, tym samym zwiększenie konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

- 2. pozycja 4 .** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 1 pozycję nr 4 do osobnego pakietu, co wymusi konkurencyjność składanych ofert poprzez dopuszczenie bezpośrednich producentów/dystrybutorów posiadających w ofercie laryngoskopy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

- 3.** Czy Zamawiający wymaga jednorazowych łyżek typu Macintosh z mocowaniem światłowodu w tworzywie sztucznym, zielona kropka ułatwia identyfikację ze standardem ISO7376, wytrzymały zatrzask kulkowy (metalowy) zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, światłowód wykonany z polerowanego od czoła tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania łyżek typ Macintosh zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

4. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 5,7 ,oraz w przypadku wydzielenia o dopuszczenie ;

**W pozycji 5** Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny pojedynczo podgrzewany, kompatybilny z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych.

Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną o długości 160 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm. Dwa kolory rur odróżniające wdech, wydech.

Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający zredukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu. Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie. Układ zawierający 2 odcinki o dł. 60 cm łączące respirator z komorą nawilżającą 1. 22/22 mm. 2. 22/15 mm.

W zestawie komplet adapterów umożliwiających podłączenie układu do różnych typów respiratorów, oraz adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia do podaży tlenu azotu. Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Dodatkowo w komorze pływający indykator poziomu wody. Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę produkcji i ważności produktu. Możliwość stosowania układu 7 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA.

W pozycji 7 Układ oddechowy jednorazowego użytku pasujący do aparatu do resuscytacji ,wyposażony w:

- ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii 183 cm - układ zaopatrzone w zatyczkę w postaci korka zapewniającego szczelność układu w trakcie przechowywania oraz zastępujący i pełniący funkcję płucka testowego
- na końcu układu zastawka PEEP
- wykonany z PCV, nie zawiera lateksu.
- Zestaw mikrobiologicznie czysty, zapakowany w opakowanie foliowe.
- widoczna i czytelna data ważności.
- pakowany pojedynczo.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 1 pozycji 5,7 do osobnego pakietu i oczekuje złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

DYREKTOR  
WSS w Olsztynie  
Irena Kierzkowska  
(*Podpis osoby uprawnionej*)