

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego do zabiegów kardiologicznych – powtórka** (*Biuletyn Zamówień Publicznych 575550-N-2020, Ogłoszenie nr z dnia 18-08-2020 r.*)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Dotyczy Część nr 1, parametr 15

Czy Zamawiający dopuści urządzenia z gniazdem DF-4 z możliwością zamówienia 20% urządzeń z DF-1, lecz bez wyczuwania sygnałów przedsionkowych w systemie DF-1?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia bez wyczuwania sygnałów przedsionkowych w systemie DF-1 przy zachowaniu pozostałych parametrów z SIWZ.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(*Podpis osoby uprawnionej*)