

Olsztyn, dnia 15-09-2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

do wiadomości uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę obłożen chirurgicznych - powtórka** (*Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie 583610N-2020 z dnia 10-09-2020*).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Część nr 3, poz. 2.

Zwracam się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści w pakiecie nr 3, pozycji nr 2 folię operacyjną o rozmiarze : 60 cm x 35 cm, rozmiar warstwy lepnej : 35 cm x 35 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 3, poz. 2.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co spowoduje złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Część nr 2, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaferowania fartucha o gramaturze 35g/m². Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 160/142 kPa. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 2, poz. 2

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m² w obszarze mniej krytycznym. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia od wewnętrznego części fartucha znajdują się w obszarze przednim i na rękawach. Wzmocnienie z przodu fartucha znajduje się minimum 5 cm od dolnej krawędzi fartucha. Rozmiar fartucha L, XL, XXL. Gramatura włókniny w obszarze krytycznym: w części przedniej fartucha 77 g/m², na rękawach 75,5 g/m². Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym z przodu fartucha: 123 cm H₂O, na rękawie 194 cm H₂O. Wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na sucho mokro na przodzie fartucha: 259/234 kPa, na rękawie: 155/144 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro minimum 70 N dla obszarów krytycznych. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety, wykonane z poliestru. Rozmiar XXL zawiera 2 sztuki ręczniczków chłonnych. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie dla strefy krytycznej i mniej krytycznej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 3, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,050 mm. Rozmiar całkowity: 15 x 27 cm. Rozmiar warstwy lepnej: 15 x 20 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 3, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,050 mm. Rozmiar całkowity: 30 x 27 cm. Rozmiar warstwy lepnej: 30 x 20 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 3, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,050 mm. Rozmiar całkowity: 45 x 57 cm. Rozmiar warstwy lepnej: 45 x 50 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 3, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,050 mm. Rozmiar całkowity: 55 x 87 cm. Rozmiar warstwy lepnej: 55 x 80 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 3, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,050 mm. Rozmiar całkowity: 40 x 42 cm. Rozmiar warstwy lepnej: 40 x 35 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o gramaturze 35g/m²

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha posiadającego oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki na fartuchu, widocznej przed rozłożeniem fartucha.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia nie precyzował powyższego wymogu.

Część nr 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o wytrzymałości na wypychanie sucha / mokro 140/130 kPa

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 2, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania fartucha o gramaturze 75 g/m² w obszarze krytycznym, a poza obszarem krytycznym min 35 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania koszuli wykonanej z włókniny w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania koszuli wykonanej z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompletu operacyjnego wykonanego z włókniny SMS o gramaturze min. 35 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Do SIWZ

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej w sposób określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Do treści umowy:

Zważywszy na treść § 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego

określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w związku ze specyfiką prowadzonej działalności nie jest w stanie przewidzieć minimalnej ilości towarów, którą na pewno zamówi. Zamawiający oczekuje złożenia oferty cenowej na ilości określone w Formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Do treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Strony mogą wyjątkowo zmienić ceny jednostkowe netto w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy*”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: **Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

Do treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „*mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone*”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO

2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

Cześć nr 5, poz. 3-4

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

Odpowiedź: W powyższym zakresie Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cześć nr 5, poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maseczek o ciśnieniu różnicowym 25 Pa/cm²?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cześć nr 5, poz. 3-4

Czy Zamawiający na etapie weryfikacji ofert, będzie wymagał przedstawienia dokumentów dopuszczających wyrób medyczny do obrotu i używania, tj. dla wyrobu medycznego klasy I ważnej (aktualnej) deklaracji zgodności oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia / powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na etapie badania ofert będzie wymagał złożenia, przedstawienia dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cześć nr 5, poz. 3-4

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań wykonanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, potwierdzającego deklarowany poziom filtracji bakteryjnej dla masek typu II ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga złożenia na wezwanie dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 2 poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barrierowość min. 35 cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie min. 155 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu indykator sterylności,

min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 2 Poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze min. 43gsm. (78 gsm łącznie w miejscu wzmocnienia). Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barrierowość na rękawach i w części przedniej fartucha min. 140 cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD min. 30/65 N oraz min. 93/91 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 3 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze całkowitym 10x 22,5 cm i powierzchni lepnej 10 x 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 3 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze całkowitym 15x 36,5 cm i powierzchni lepnej 15x 28 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 3 Poz.4

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze całkowitym 56x 88,5 cm i powierzchni lepnej 56 x 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 3 Poz. 6 (5)

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze całkowitym 28x 53,5 cm i powierzchni lepnej 28 x 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 4 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji nr 1, co umożliwi złożenie atrakcyjnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia

Część nr 4 Poz.1

Prosimy o dopuszczenie stosowanego do tej pory fartucha o poniższych parametrach:

Sterylny Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy (min.200 mmH₂O) i oddychający (min. 3800 g/m²/24h) na całej powierzchni wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 78 g/m². Oznakowany jako wyrób medyczny klasy Is oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Fartuch przeznaczony do pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (w tym cytostatyki) oraz posiada odporność mikrobiologiczną. Zgodny z EN 14605. Przebadany na przenikanie min. 14 cytostatyków (wyniki badań załączone do oferty). Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy fartucha scalone podłużnym zgrzewem. Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny min. 65x35 cm. Posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Dostępny w 2 rozmiarach L, XL.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 4 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie jako alternatywę fartucha w zestawie (parametry techniczne w pytaniu wyżej i do tej pory stosowanego w szpitalu), 2 długie za kolano osłony na obuwiu z tego samego materiału Prevention, z podeszwą antypoślizgową, z trokami do zawiązania wokół kostki i z gumką u góry?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 4 Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie masek pakowanych po 10 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 5 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie maski o znacznie lepszym ciśnieniu różnicowym 24,71 Pa/cm²?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 5 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie maski o znacznie lepszym ciśnieniu różnicowym 36,72 Pa/cm²?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 7

Prosimy o dopuszczenie: Jednorazowy, niejałowy komplet chirurgiczny składający się z wygodnej bluzy i spodni. Nogawki spodni bez ściągaczy, spodnie ściągane w pasie trokami. Wycięcie pod szyją w kształcie V. Bluza o kroju „bell-shape” z trzema dużymi kieszeniami: jednej na wysokości klatki piersiowej, dwiema na dole bluzy. Komplet wykonany z bardzo miękkiej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², bez dodatku lateksu. Komplet chirurgiczny w kolorze ciemnozielonym, w rozmiarach: XS-3XL. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 130 kPa. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze 117x148cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższy rozmiar zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze 114x142cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższy rozmiar zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m², poza obszarem krytycznym oraz 75g/m² w obszarze krytycznym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 66cm H₂O w obszarze krytycznym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 65cm H₂O w obszarze krytycznym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min 90N?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 3, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną wykonaną z poliuretanu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną w rozmiarze całkowitym 56x84cm o powierzchni lepnej 56x78cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część 5, pozycja 3-4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: W powyższym zakresie Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

Część 5, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści maseczki o ciśnieniu różnicowym 34,67 Pa/cm²?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maseczki IIR?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaferowania masek zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maseczki o ciśnieniu różnicowym 30,88 Pa/cm²?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część 7

Czy Zamawiający dopuści komplet operacyjny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....
podpis osoby uprawnionej