

DZPZ/333/137/2020

Olsztyn, dnia 21 września 2020 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa chłodziarki laboratoryjnej, zamrażarki laboratoryjnej i pojemnika do przechowywania i transportu narzędzi, postępowanie nr DZPZ/333/137/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa chłodziarki laboratoryjnej, zamrażarki laboratoryjnej i pojemnika do przechowywania i transportu narzędzi, do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Część 3 Przenośna lodówka

1. Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury co 1,0 st.C? Niestety nie ma dostępnych pojemników z regulacją co 0,5st.C.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza w/w regulacje.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)