

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: przegląd i konserwacja generatora OXIPERM PRO OCD, postępowanie nr DZPZ/333/140/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: przegląd i konserwacja generatora OXIPERM PRO OCD, do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

1. Jaki to typ generatora (005, 010, 030 ...)? Aby jednoznacznie określić wszystkie parametry, proszę o przesłanie zdjęcia tabliczki znamionowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że typ generatora to 010.

2. Czy rok temu był przeprowadzony przegląd serwisowy, jeśli tak, to w jakim zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przegląd był przeprowadzony w takim samym zakresie jak w tym roku.

3. Czy w generatorze wymieniane były oryginalne pompy dozujące (zmieniano typ, producenta itp.).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Zamawiający nie ma wiedzy co było wymieniane - wszystkie elementy zostały wymienione w ramach i wartości przeglądu.

4. Co dokładne rozumie Zamawiający przez zapis: "kontrola pracy urządzeń po wykonywanym przeglądzie okresowym. - przegląd serwisowy stacji uzdatniania wody wraz z wymianą materiałów zużywalnych."

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po dokonany przeglądzie Zamawiający zleca badanie ciepłej wody Sanepidowi w Olsztynie na zawartość Legionelli.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)