

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: przegląd techniczny urządzeń medycznych: aparatów USG Xario, aspiratora ultradźwiękowego Cusa Excel+, zestawu napędów ortopedycznych System S7, zestawów artroskopowych i zestawu laparoskopowego, postępowanie nr DZPZ/333/184/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: przegląd techniczny urządzeń medycznych: aparatów USG Xario, aspiratora ultradźwiękowego Cusa Excel+, zestawu napędów ortopedycznych System S7, zestawów artroskopowych i zestawu laparoskopowego, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy treści Zaproszenia i Projektu Umowy do Zaproszenia

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem „przeglądy techniczne” rozumie „czynności konserwacyjne sprzętu medycznego, w tym przeglądy”.

Pozytywna odpowiedź pozwoli Wykonawcy na przedstawienia oferty z zastosowaniem preferencyjnej stawki VAT wynoszącej 8%, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający informuje, że pod pojęciem „przeglądy techniczne” rozumie „czynności konserwacyjne sprzętu medycznego, w tym przeglądy.

Pytanie nr 2

Dotyczy § 2 ust. 1 c) Projektu Umowy do Zaproszenia

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostarczenia części nowych, oryginalnych, pochodzących z oficjalnego kanału sprzedaży na rynek RP.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje dostarczenia części nowych, oryginalnych, pochodzących z oficjalnego kanału sprzedaży na rynek RP.

Pytanie nr 3

Dotyczy § 6 Projektu Umowy do Zaproszenia

Opisane tamże szkolenie jest przeprowadzane przez autoryzowany serwis producenta. Koszty takiego szkolenia zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w wycenie przedmiotu niniejszego postępowania, co podwyższy wartość finalną oferty.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia szkolenia, na warunkach opisanych w § 6 Projektu Umowy do Zaproszenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśla zapis zawarty w § 6 ust. 1 o szkoleniach z projektu umowy:

„ § 6

1. Zamawiający zobowiązany jest powierzyć obsługę eksploatacyjną urządzeń medycznych objętych niniejszą umową wyłącznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach, które są jednocześnie odpowiedzialne za działanie urządzeń. Wykonawca na wniosek Zamawiającego i w jego siedzibie dokona jednorazowo odpowiedniego przeszkolenia w zakresie prawidłowej obsługi oraz eksploatacji urządzeń medycznych objętych przedmiotem umowy.”

Pytanie nr 4

Dotyczy § 10 Projektu Umowy do Zaproszenia

Wykonawca wnosi o usunięcie z § 10 projektu umowy obowiązku udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na wymienione części, ewentualnie o jego odpowiednie przeredagowanie.

Przedmiotem komentowanej umowy jest świadczenie usługi przeglądów technicznych i napraw, bez uwzględnienia kosztów części zamiennych. Dla tak określonego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga jednak udzielenia mu gwarancji obejmującej części – § 10 projektu umowy zobowiązuje Wykonawcę do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na wykonanie usługi oraz na wymienione części. Innymi słowy, Zamawiający wymaga udzielenia mu gwarancji istotnie wykraczającej poza zakres zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis § 10 Projektu Umowy

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)