

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 18**  
**10 – 561 Olsztyn**

**Pytania i odpowiedzi :**

**Dotyczy:** postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tlenu azotu w butlach.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

1. Pytanie 1 do określonych wymagań dla urządzenia do podaży tlenu azotu - punkt 14 "Trwałość czujników/celi min 2 lata"

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zapisu : trwałość czujników /celi 1 rok (jest opis: 2 lata). Wykonawca nadmienia, że wykonuje stosowne przeglądy (1 raz na kwartał; 1 raz na rok - przegląd roczny, kiedy cele są wymieniane na nowe) nieodpłatnie dla Szpitala co zapewnia sprawność urządzenia.

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza proponowany zapis - trwałość czujników /celi 1 rok.***

DYREKTOR

WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska

*(Podpis osoby uprawnionej)*