

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi :

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu okulistycznego – powtórka

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

1. Proszę o modyfikację Projektu Umowy w punkcie jak poniżej:

§2 pkt. 1 Proszę o wydłużenie terminu dostawy do 10 dni roboczych. Głowice do przeszczepu rogówki występują w wielu kalibracjach i dlatego są wykonywane na zamówienie. Podobnie na zamówienie są wykonywane sztuczne komory i pierścienie dedykowane do wybranych mikrokeratomów. Realny termin dostawy to 10 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie dokonał modyfikacji zapisów projektu umowy, będącego załącznikiem nr 3 do Zaproszenia .

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)