

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi :

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tyś. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lampy do fototerapii LED łóżeczkowej dla noworodków. Numer sprawy: DZPZ/333/132/2022

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia :


❖ **Pytanie :** Czy zamawiający dopuści lampę o poniższych parametrach ?

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lampy o poniższych parametrach;

Lampa kocykowa, źródło światła z powierzchnią oświetlającą, połączone za pomocą elastycznego węża
Źródło światła: 6 niebieskich diód LED o długości fal 430 nm do 490 nm - pik pomiędzy 455 i 465 nm
Zasilanie: Napięcie 230 V~ 50-60Hz
Moc: 90 W max.
Hałas w paśmie akustycznym < 34 dB
Szczytowe natężenie na powierzchni skóry pacjenta - 35 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$; +/- 15%
Obszar emisji światła 2 X 20 cm x 30 cm
Obszar efektywnego naświetlania 1200 cm^2
Szerokość x długość x wysokość (panel lampy): 21 cm x 20 cm x 16 cm
Waga (panel lampy): 1,4 kg
Żywotność diód LED > 50000 h
Żywotność materacyka > 8000 h

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy o powyższych parametrach.

- ❖ **Pytanie:** Czy zamawiający dopuści lampę amerykańskiego producenta Natus Neoblu Blanket?

Natus Neoblu Blanket	
	
1.	Skuteczność bezpiecznego naświetlania lampy: Natężenie > 30 $\mu\text{W} / \text{cm}^2 / \text{nm}$
2.	Duży obszar efektywnego naświetlania 17 cm x 27 cm
3.	Długość fali promieniowania w zakresie 450 do 475 nm
4.	Żywotność diod LED ponad 20 tys. godzin
5.	Pojedynczą regulacją intensywności światła
6.	Maty naświetlające o opływowym kształcie i dużej Powierzchni naświetlania 24.1 cm x 36.8 cm
7.	Długość elastycznego przewodu światłowodowego łączącego matę z urządzeniem max 1,5 m max wadze 1,8 kg
8.	Bezpieczna lampa nie wymagająca stosowania alarmu w lampie
9.	Bezpieczna lampa nie wymagająca stosowania alarmów wizualnych i dźwiękowych
10.	Lampa wyposażona w licznik czasu pracy
11.	Wymiary lampy 2,1 cm x 23,5 cm x 14 cm
12.	Waga samej lampy 1,36 kg
13.	Pobór mocy max. 72 W
14.	Poziom głośności max < 35 dB
15.	Okularki ochronne w 2 rozmiarach po 3 szt. z każdego rozmiaru
16.	Lampa w zestawie z jednorazowymi nakładkami na matę w ilości 3 szt.
17.	Instrukcja obsługi w języku polskim

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy o powyższych parametrach.

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga aby lampa mogła pracować zarówno w łóżeczku dziecka, podczas naświetlania w inkubatorze była wyposażona minimum w dwa beciki wielorazowe umożliwiające karmienie piersią bez stosowania okularków ochronnych zabezpieczające wzrok noworodka mamy oraz personelu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dodatkowych becików wielorazowych.

- ❖ **Pytanie:** Czy zamawiający dopuści lampę pochodzącą z demonstracji wyprodukowaną w 2021 roku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej lampy.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z intensywnością dużą podkładką światłowodową 49 μ W i małą podkładką światłowodową 70 μ W

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy o powyższych parametrach.

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści podkładkę w rozmiarach 25 x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy o powyższych parametrach.

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści długość fali promieniowania w zakresie 430 – 490 nm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy o powyższych parametrach.

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści żywotność diody LED do 10000 godzin zanim natężenie spadnie o 25 %?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy o powyższych parametrach.

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji dwustopniowego regulowania intensywności światła ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy o powyższych parametrach.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści matę w dwóch rozmiarach: S – 15 x 30 cm, L – 25 x 30 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy o powyższych parametrach

Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuję z zapisu o wadze? Zwracamy uwagę, że zapis ten ogranicza konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu o wadze urządzenia

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji wyciszenia alarmu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy bez funkcji wyciszenia alarmu.

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści moduł lampy o wymiarach 16,5 x 21 x 16,5cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy o powyższych parametrach

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 2.5 kg ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy o powyższym parametrze

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści lampę o poziomie głośności 44 dB ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy o powyższych parametrach

Pytanie : Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas na naprawę liczony był w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w projekcie umowy par.8 ust.3 :

W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej urządzeń lub do dostarczenia urządzeń wolnych od wad wg wyboru Wykonawcy, w terminie **5 dni** roboczych liczonym od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, termin ten może za zgodą Zamawiającego ulec wydłużeniu do **10 dni roboczych**.

Pytanie : Par. 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby naprawy niewymagające naprawy w siedzibie Wykonawcy wykonywane były na miejscu – w siedzibie Zamawiającego?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w projekcie umowy par.8 ust.5:

Naprawy i przeglądy w pierwszej kolejności będą się odbywały w siedzibie zamawiającego. Transport urządzenia do siedziby Wykonawcy i z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego nastąpi staraniem i na koszt Wykonawcy.

Pytanie : Par. 8 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę a skrócenie okresu gwarancji dla nowo zainstalowanych części w ostatnim roku gwarancji z 12 do 6 miesięcy?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści par. 8 ust.9

Pytanie : Par. 8 ust. 11 Gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia,

Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następujących postanowień precyzujących okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

c. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,

d. normalnego zużycia wymienionych części

Odpowiedź : Zamawiający zwraca uwagę iż zdarzenia noszące znamiona siły wyższej (pożar, powódź) są ujęte w projekcie umowy – Par.8 ust 11 b. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany punkt d.

Pytanie : Par. 11 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 do 45 dni?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)

