

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 18**  
**10 – 561 Olsztyn**

**Pytania i odpowiedzi :**

***Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów międzytrzonowych do przedniej stabilizacji kręgosłupa. Numer sprawy: DZPZ/333/157/2022***

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania o wyjaśnienie treści projektu umowy :

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza:

Wsuwana międzytrzonowo klatka szyjna dostosowana do poziomu C3-C7, implantowana z dostępu przedniego z możliwością łączenia ze stabilizatorem natrzonowym w postaci profilowanej płytki. Biomateriał, technologia wykonania i kratownicowa konstrukcja implantu stwarzające warunki do fuzji bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów kośćozastępczych.

Klatka/proteza w przekroju strzałkowym wykonana w 4 odmianach kształtowych: z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłymi oraz płaskimi lordotycznymi, jednostronnie wypukłymi lordotycznymi dla najkorzystniejszego dopasowania do przestrzeni międzytrzonowej i ułożenia na blaszkach granicznych trzonów. Stopień skosu 0 i 7 stopni.

Szerokość, głębokość 15/13 mm, dostępne w 7 wysokościach od 4 do 10 mm stopniowane co 1 mm dla każdej z odmian kształtowych. Posiadająca porowate („wulkaniczne”) powierzchnie od strony blaszek granicznych wspierające adhezję, różnicowanie i proliferację komórek oraz stwa-rzające warunki do przyspieszonego rozwoju (przerostu/obrostu) nowej tkanki kostnej.

Kształt klatki/protezy w płaszczyźnie czołowej nieregularny, odzwierciadlający zarys trzonów szyjnych, a także pełniący funkcję protekcyjną układu nerwowego poprzez wklęsłości i obłości od strony rdzenia.

Podwójny system kotwiczenia/blokowania pozycji w przestrzeni międzytrzonowej poprzez porowate powierzchnie styku z blaszkami trzonów oraz obustronnie sytuowane płozy z ząbkami przeciwnymi zapobiegającymi pooperacyjnej migracji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i wymaga zaoferowania wyrobów zgodnych z opisem Zaprośzenia.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska  
(Podpis osoby uprawnionej)

Sporządziła: Anna Sychowicz