

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi :

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę cewników do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej. Numer sprawy: DZPZ/333/156/2022

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania o wyjaśnienie treści :

Pytanie nr 1:

Pytanie

Pozycja nr 1

Czy Zamawiający w w pozycji nr 1 dopuści do przetargu Balony do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej wykonane z materiałów nietrombogennych i apirogennych wyposażone w zestaw do wprowadzania przez nakłucie tętnicy oraz w przedłużenia z końcówkami umożliwiającymi współpracę z każdym typem kontrapulsacji, bez elementów metalowych (bez zbrojenia shaftu cewnika metalowym oplotem). Czas pracy balonu min. 6 dni. Kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pompami Arrow Acat1+, Datascope. Rozmiar 30 cc 7,5 Fr?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dopuszcza możliwość zaoferowania balonów o podanych powyżej parametrach.

Pytanie nr 2 :

Pozycja nr 2

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści do przetargu Balony do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej wykonane z materiałów nietrombogennych i apirogennych wyposażone w zestaw do wprowadzania przez nakłucie tętnicy oraz w przedłużenia z końcówkami umożliwiającymi współpracę z każdym typem kontrapulsacji bez elementów metalowych (bez zbrojenia shaftu cewnika metalowym oplotem).. Czas pracy balonu min. 6 dni . Kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pompami Arrow Acat1+, Datascope. Rozmiar 34 cc 7,5 Fr lub 40cc 7,5Fr?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dopuszcza możliwość zaoferowania balonów do kontrapulsacji o podanych powyżej parametrach.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)

Sporządziła: Anna Sychowicz