

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 180**  
**10 – 561 Olsztyn**

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: Naprawa fiberobronchoskopów intubacyjnych na Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii Postępowanie DZPZ/333/81/2023

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: naprawa fiberobronchoskopów intubacyjnych na Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Czy zamawiający może potwierdzić, że nr seryjny aparatu N110279 jest właściwy?

**Odpowiedź: Właściwe numery seryjne aparatów zgłoszonych do naprawy to: N 110290; N 111328, N 110278.**

Pytanie 2

Czy Zamawiający może:

- doprecyzować dokładnie w jakich miejscach występuje nieszczelność dla aparatów, a także czy są jakiegokolwiek inne uszkodzenia wymagające naprawy?
- bądź też czy istnieje możliwość wysłania aparatów do Serwisu na bezpłatną diagnostykę w celu prawidłowego oszacowania kosztów?
- Fiberobronchoskop Pentax FI-16BS (nr fabryczny N111328) – nieszczelność;
- Fiberobronchoskop Pentax FI-16BS (nr fabryczny N111279) – nieszczelność

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić miejsc nieszczelności. Nie ma możliwości wysłania aparatów do Serwisu. Istnieje możliwość obejrzenia aparatów w siedzibie Zamawiającego.**

Pytanie 3

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu w w/w paragrafie o następującej treści ( § 4 dotyczy projektu umowy): Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych.

**Odpowiedź: Zamawiający w § 4 pkt. 1 doda zdanie: „Kara nie jest naliczana w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego.”**

Pytanie 4

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu na wykonanie naprawy optyk w zapytaniach ofertowych: DZPZ/333/76/2023 oraz DZPZ/333/81/2023 z 7 na 14 dni. Naprawy endoskopów giętkich w wielu przypadkach wymagają czasochłonnych procesów oraz wymiany części. Pozwoli to na urealnienie warunków wykonania zadania rzetelnie i fachowo.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na wykonanie naprawy z 7 na 14 dni.

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*