

DZPZ/ 333 / 101/ 2023

Olsztyn, dnia 28 lipca 2023 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi :

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tyś. zł o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę sprzętu medycznego: materacy przeciwodleżynowych, ślizgów do przenoszenia pacjenta oraz krzeseł do poczekalni w Przychodni WSS w Olsztynie w ramach programu Dostępność Plus - Numer sprawy: DZPZ/333/101/2023**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania :

Do części nr 1 – na materac przeciwodleżynowy

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi materac przeciwodleżynowy o wysokości 13cm kładziony na spodni materac piankowy przeznaczony dla pacjentów o wadze do 200kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza materaca o takich parametrach.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi materac przeciwodleżynowy zbudowany z 16 komór z poliuretanu, które w razie potrzeby można wymienić?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza materaca przeciwodleżynowego zbudowanego z 16 komór.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi materac przeciwodleżynowy z możliwością wyboru jednego z dwóch trybów pracy: zmiennociśnieniowego (dostępne cykle pracy: 10/15/20 minut) oraz statycznego z funkcją samoczynnego powrotu po 30 minutach?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga materaca o trzech trybach pracy: zmiennociśnieniowy, statyczny oraz maksymalne wypełnienie komór max 30 min.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dodatkowego pokrowca oraz komór? Podniesie to wartość zamówienia oraz spowoduje konieczność magazynowania tych przedmiotów. W okresie gwarancji ewentualne naprawy i wymiana części odbywają się na koszt wykonawcy, natomiast po okresie gwarancji takie elementy można zamówić w potrzebnej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza materacy przeciwodleżynowych bez dodatkowych pokrowców i zapasowych komór.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu szkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z usuwania awarii i dokonywania okresowych przeglądów? Znakomita większość producentów materaców przeciwodleżynowych (zarówno polskich, jak i światowych) zastrzega w swoich instrukcjach używania, że czynności te mogą być wykonywane wyłącznie przez punkty serwisowe autoryzowane przez producentów. Wynika to z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów dla pacjentów i użytkowników.

Odpowiedź: W projekcie umowy zamawiający nie umieścił zapisu o szkoleniu pracowników działu Aparatury Medycznej.

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowy, wysokiej materac przeciwodleżynowy specjalistyczny, powietrzny zmiennociśnieniowy, przeznaczony dla pacjentów z odleżynami wszystkich kategorii, o następujących parametrach techniczno-użytkowych:

Ad 3. Konstrukcja materaca umożliwiająca położenie bezpośrednio na łóżko bez potrzeby użycia materaca bazowego (piankowego) z funkcją transportową $\geq 2h.$, pojedyncze komory powietrznych poprzecznych wypełnionych w trybie przemiennym lub statycznym.

Ad 8,9. Pompa do materaca przeznaczona dla pacjentów o wadze 200 kg, wyposażona w następujące funkcje: dotykowy panel sterujący umożliwiający dokonywanie indywidualnych zmian ustawień i modyfikacji parametrów pracy sprzętu, funkcję wyboru ciśnienia, funkcję wyboru trybu: statycznego, maksymalnego wypełnienia z funkcją auto-powrotu, alarm niskiego ciśnienia, alarm awarii zasilania, alarm serwisowy, funkcję zabezpieczenia wprowadzonych parametrów dla pracy pompy, wyłącznik alarmu dźwiękowego, funkcję wyboru czasu trwania cyklu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania materaca przeciwodleżynowego o ww. parametrach.

Pytanie nr 7: Zamawiający w pkt.6 formularza parametrów wymaganych, opisał:” Pokrowiec przystosowany do prania w wysokich temperaturach i do chemicznej dezynfekcji”, czy w związku z tak postawionym pytaniem Zamawiający wymaga, aby materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy spełniał obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 oraz posiadał certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą dla wymienionych norm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby materac przeciwodleżynowy posiadał ww. certyfikaty.

Pytanie nr 8: Jakich Zamawiający wymaga dokumentów poświadczających spełnienie przez Oferenta norm jakościowych poświadczających, że stosuje On system zarządzania jakością zgodnie z obowiązującą Go normą EN ISO 9001, ISO 13485?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował formularz ofertowy o odpowiednie oświadczenie.

Pytanie nr 9: Formularz parametrów wymaganych Część 1., Tabela - pkt. 2.

Pytanie: Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania materac:

- wyposażony w 18 pojedynczych poliuretanowych komór, które w zależności od potrzeb można wymienić,
- materac zintegrowany z podkładem piankowym, całość o wysokości 21 cm
- materac bez dodatkowego wzmocnienia dolnej części pokrowca, materac w pokrowcu wykonanym z materiału, który jest odporny na uszkodzenia mechaniczne? - pozostałe wymagane parametry pokrowca zachowane.

DZPZ/ 333 / 101/ 2023

Olsztyn, dnia 28 lipca 2023 r.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga materaca wyposażonego w 20 pojedynczych komór poliuretanowych.

Pytanie nr 10: Formularz parametrów wymaganych Część 1., Tabela - pkt. 6

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga pokrowca paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego, z możliwością prania w temp. do 95°C oraz suszenia w temp. do 100°C i do chemicznej dezynfekcji ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pokrowca przystosowanego do prania w wysokich temperaturach i do chemicznej dezynfekcji.

Pytanie nr 11: Formularz parametrów wymaganych Część 1., Tabela - pkt. 8

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści pompę do materaca wyposażoną w wybór trybu pracy, wybór długości i trwania cyklu, automatyczny wybór ciśnienia po ustawieniu stopnia odleżyny, wyciszenie alarmu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pompę o ww. parametrach.

Pytanie nr 12: Formularz parametrów wymaganych Część 1.

Czy Zamawiający dopuści pompę wyposażoną w:

- alarm wizualny i dźwiękowy dla niskiego ciśnienia
- alarm dźwiękowy braku zasilania
- wyciszenie alarmów
- blokada panelu sterowania
- tryb zmiennociśnieniowy
- tryb stałociśnieniowy/pielęgnacyjny (maksymalnego wypełnienia) z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po max. 30 minutach
- wybór wartości ciśnienia wg masy ciała pacjenta (5-260 kg)
- wydajność pompy 8l/min.
- czas cyklu pracy 10 minut

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pompę o takich parametrach.

Do części nr 2 – ślizgi

Pytanie nr 1: Prosimy o dopuszczenie przenośnika taśmowego ze śliskim pokrowcem do transferu pacjenta między dwoma powierzchniami, jak np. łóżko czy nosze, o wymiarach 90 x 50 cm, o wadze 1 kg, dla użytkownika o maksymalnej wadze 135 kg

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ślizgów o ww. wymiarach i nośności.

Pytanie nr 2: Prosimy o dopuszczenie przenośnika taśmowego ze śliskim pokrowcem do transferu pacjenta między dwoma powierzchniami, jak np. łóżko czy nosze, o wymiarach 180 x 50 cm, o wadze 2 kg, dla użytkownika o maksymalnej wadze 135kg.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ślizgów o ww. wymiarach i nośności.

Sporządziła: Anna Sychowicz



DZPZ/ 333 / 101/ 2023

Olsztyn, dnia 28 lipca 2023 r.

Pytanie nr 3: Prosimy o odstąpienie od wymogu: kolor niebieski

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne kolory z wyjątkiem białego, beżowego

Pytanie nr 4: Prosimy o dopuszczenie przenośnika taśmowo-rolkowego o wymiarze 76 x 36 x 3 cm przeznaczony do bezpiecznego przekładania pacjenta w poziomie. Przenośnik umożliwia położenie pacjenta bez konieczności jego podnoszenia zapobiegając przeciążeniom kręgosłupa i stawów personelu medycznego. Max. waga pacjenta: 160 kg. Waga przenośnika: 4,68 kg

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przenośnik o takim wymiarze.

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
WSS W OLSZTYNIE

Jerzy Górný
(Podpis osoby uprawnionej)