

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi :

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów typu CytoSorb do pozaustrojowej metody oczyszczania krwi – powtórka .

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaprośzenia:

Czy Zamawiający dopuści Absorbent innej firmy niż Cytosorbents, do stosowania u pacjentów z podwyższonym poziomem cytokin, mioglobiny oraz Ticagreloru i Rivaroxabanu w trakcie CBP (w celu zmniejszenia nadmiaru stanu zapalnego) bez eliminacji podwyższonego bilirubiny?
Zbudowany z biokompatybilnych wysoce selektywnych garnulek neutralnej żywicy markoporowej. Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego filtra > **50 000 m²**, objętość **330ml lub 380 ml**. Szybkości przepływu krwi w zakresie 100 do 700 ml / min. Ze względu na dużą powierzchnię adsorpcji zalecany czas leczenia pojedynczym adsorberem: do 12 godzin podczas 3 kolejnych dób. Adsorbuje substancje hydrofobowe **do 60 kDa**, nie aktywuje krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia.

Kompatybilny z obwodami krążenia pozaustrojowo-terapia nerkozastępca(CRRT) oraz pozaustrojowym utlenowaniem krwi (ECMO), możliwość zastosowania z antykoagulacją heparynową lub cytrynianową

Przydatność do użycia min. 20 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. Sterylizowany w promieniowaniu gamma.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawów o podanych powyżej parametrach.

Zastępca Dyrektora ds. leczenia
WSS w Olsztynie
Jerzy Górny
(Podpis osoby uprawnionej)