

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa papieru do medycznych urządzeń pomiarowych, postępowanie DZPZ/333/17/2016

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa papieru do medycznych urządzeń pomiarowych do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Zadanie nr 1, pozycja 1

Prosimy o doprecyzowanie, jakiego papieru oczekuje Zamawiający: Mitsubishi K-61 B CE, czy Mitsubishi K-65 HM, czy Sony UPP-110 S lub HD lub HA ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproszenia do złożenia oferty w zał. nr 2 w poz.

1. Zamawiający wymaga zaoferowanie papieru oryginalnego SONY.

Zadanie nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG EK-53 w bloku o wymiarach 130mm x 135mm x 370 kartek ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru do EKG EK-53 w bloku o wymiarach 130mm x 135mm x 370 kartek.

Zadanie nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści papier kompatybilny z urządzeniem GE MAC 800 w bloku o wymiarach 110mm x 140mm x 150 kartek z przeliczeniem ilości na 54 bloki ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru kompatybilnego z urządzeniem GE MAC 800 w bloku o wymiarach 110mm x 140mm x 150 kartek z przeliczeniem ilości na 54 bloki.

Zadanie nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG Schiller AT-2 w bloku o wymiarach 210mm x 280mm x 215 kartek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści papier do EKG Schiller AT-2 w bloku o wymiarach 210mm x 280mm x 215 kartek.

Zadanie nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o wymiarach 57mm x 30m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści papier w rolce o wymiarach 57mm x 30m, spełniający pozostałe wymagania Zaprośenie.

Zadanie nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści papier kompatybilny z urządzeniem Schiller AT-102 w bloku o wymiarach 210mm x 280mm x 140 kartek ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproszenia do złożenia oferty w załączniku nr 2. Zamawiający nie dopuszcza zaferowanie wyżej opisanego papieru.

Pozycja 3

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji można zaferować papier nieoryginalny, kompatybilny do aparatu Hellige Mac 800 o rozmiarze 110 x 140 mm x 200 kartek jako odpowiednik oryginalnego papieru GE o nr kat. 2036970-001?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie papieru kompatybilnego do aparatu Hellige Mac 800 o w/w wymiarach.

Pozycja 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji papier nieoryginalny tzn. innego producenta niż firma Sony, będący zamiennikiem papieru oryginalnego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproszenia do złożenia oferty w zał. 2. Zamawiający nie dopuszcza zaferowanie papieru nieoryginalnego.

Pozycja 11

Czy zamawiający dopuści w ww. pozycji papier do defibrylatora Cardio-Aid o rozmiarze 57 mm x 30 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie w ww. pozycji papier do defibrylatora Cardio-Aid o rozmiarze 57 mm x 30 m.

Pozycja 11

Czy zamawiający dopuści w ww. pozycji papier do defibrylatora Cardio-Aid o rozmiarze 58 mm x 18 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie w ww. pozycji papier do defibrylatora Cardio-Aid o rozmiarze 58 mm x 18 m.

Pytanie 1: (Załącznik nr 2 , poz. 1)

Prosimy Zamawiającego o dokładnie określenie papieru. Czy należy zaferować papier Mitsubishi K61 B, czy Mitsubishi K65 HM czy papier Sony . Jeżeli papier Sony to jaką ma posiadać czułości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproszenia do złożenia oferty w zał. nr 2 w poz. 1. Zamawiający wymaga zaferowanie papieru oryginalnego SONY.

Pytanie 1: (Załącznik nr 2 , poz. 3, 14)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papierów kompatybilnych (równoważnych) z powodzeniem stosowanych w aparatach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. 3 zaferowanie papieru kompatybilnego do aparatu Hellige Mac 800.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproszenia do złożenia oferty w załączniku nr 2. poz. 14.

Zamawiający wymaga zaferowania papieru oryginalnego.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)