

DZPZ/333/78/2021

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2021 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie poniżej 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa szafek przyłóżkowych – powtórzenie 2, postępowanie DZPZ/333/78/2021

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie poniżej 130 tys. na realizację zadania: dostawa szafek przyłóżkowych – powtórzenie 2, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę, w której sprężyna gazowa osłonięta jest metalową, okrągłą obudową? Aluminiowa osłona niepotrzebnie zwiększy wartość szafki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza szafki w której sprężyna gazowa osłonięta jest metalową, okrągłą obudową.

2. Czy Zamawiający dopuści szafki o wysokości całkowitej 820mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza szafki z wyżej wymienionym rozmiarem.

1. Czy Zamawiający dopuści fronty szuflad wykonane z blachy detalowanej malowanej proszkowo w różnych kolorach do wyboru ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza szafki o wyżej wymienionych parametrach.

2. Czy Zamawiający dopuści szufladę wysuwaną na prowadnicach suwnych ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza szafki o w/w parametrach.

3. Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości blatu bocznego bezstopniowo z blokadą za pomocą śruby dociskowej ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza szafki o w/w parametrach.

4. Czy Zamawiający dopuści regulację blatu bocznego sprężyną gazową bez aluminiowej osłony?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza regulacji blatu roboczego bez osłony.

5. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach 840 x 560 x 410 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza szafki o wyżej wymienionych rozmiarach.

6. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach 910 x 520 x 450 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza szafki o wyżej wymienionych rozmiarach.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)