

DZPZ/333/52/2019

Olsztyn, dnia 5 marca 2019 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

*Do wiadomości
uczestników postępowania*

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: przegląd techniczny aparatów RTG z ramieniem C, postępowanie DZPZ/333/52/2019

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: przegląd techniczny aparatów RTG z ramieniem C, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Wniosek dotyczy Zaproszenia do złożenia oferty cenowej – Przegląd techniczny aparatów RTG z ramieniem C – w pkt V. „Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy”:

Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować pkt V ppkt 2 Zaproszenia do złożenia oferty cenowej poprzez dopisanie po słowach cyt.: „2. Autoryzację producenta uprawniającą wykonawcę do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia” frazy o treści: „lub referencje potwierdzające należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jednej usługi serwisu w zakresie aparatów rtg marki Ziehm na kwotę co najmniej 300 tys. zł.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści do udziału w postępowaniu także Wykonawców nie posiadających autoryzacji ale posiadających odpowiedni potencjał technologiczny, ludzki i finansowy. Wykonawca powinien przedstawić referencje i uprawnienia pracowników, szkolenia imienne inżynierów w zakresie oferowanych usług.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 06.03.2019 r.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)