

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 180  
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa pomp do żywienia dojelitowego, postępowanie DZPZ/333/47/2018

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa pomp do żywienia dojelitowego, do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

**Pytanie 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Pompy do żywienia dojelitowego posiadająca mechanizm pompujący –obrotowy - perystaltyczny, podaż żołądkowo - dojelitowa.

Właściwości i parametry:

- Możliwość zaprogramowania szybkości przepływu diet: 1-400 ml/h.
- Zakres ustawienia całkowitej dawki: 1-3000 ml.
- Dokładność ustawienia szybkości podaży diety: 1ml/h.
- Dokładność ustawienia całkowitej dawki diety: 1 ml.
- Wyświetlacz świecący podczas pracy pompy.
- Wizualna akustyczna sygnalizacja problemów (alarm).
- Zacisk do umocowania do stojaka w zestawie.
- Zasilanie z sieci lub akumulatora.
- Zasilanie sieciowe: 220-240V; Źródło zasilania 5 V= 2,4 A
- Bateria: wewnętrzna, ładowalna, litowo-jonowa
- Czas pracy z baterii: 18 h przy szybkości podaży 125 ml/h.
- Odporność na zalanie wodą: klasa IPX 4 - Odporne na ochlapanie (stopień zabezpieczenia przed cieciami)
- Masa: 770 g.
- Wymiary: 10,4 x 13 x 9,1 cm

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej wymienionej pompy dojelitowej.**

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

.....  
(Podpis osoby uprawnionej)