

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa sprzętu medycznego na Oddział Otolaryngologiczny i Onkologii Laryngologicznej, postępowanie DZPZ/333/25/2023

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: dostawę sprzętu medycznego na Oddział Otolaryngologiczny i Onkologii Laryngologicznej, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytania do części 1:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby monitor klasy HD służący do obsługi Wideorhinolaryngoskopu wyposażony był w min. 2 gniazda wejściowe kamer do jednoczesnego podłączenia giętkiego wideorhinolaryngoskopu i np. głowicy kamery obsługującej sztywne optyki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby monitor posiadał wyżej wymienione parametry.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby monitor wyposażony w gniazdo karty pamięci SD umożliwiające zapis przebiegu badania w postaci zdjęć i filmu wideo?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby monitor wyposażony w gniazdo karty pamięci SD umożliwiał zapis przebiegu badania w postaci zdjęć i filmu wideo.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby monitor wyposażony w gniazdo wideo HDMI do podłączenia do dodatkowego, zewnętrznego monitora?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby monitor posiadał wyżej opisaną możliwość.

Pytanie do części 3:

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy czołowej z dodatkowym kompletem akumulatorów, by w przypadku rozładowania akumulatora, można było je szybko wymienić zamiast podłączać do zasilacza.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby monitor posiadał wyżej wymienione parametry.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska