

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 180  
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa kardiogramów dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, postępowanie DZPZ/333/157/2017

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa kardiogramów dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Czy Zamawiający wymaga aby dostęp do najczęściej stosowanych funkcji kardiogramu był za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych, zerowanie Toco (napiecie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga aby dostęp do najczęściej stosowanych w/w funkcji kardiogramu był za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim.**

Czy Zamawiający wymaga podłączenia oferowanego kardiogramu do posiadanego systemu nadzoru okołoporodowego Monako?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga podłączenia do posiadanego systemu Monako.**

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany kardiogram miał możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaoferowania kardiogramu z w/w rozwiązaniem.**

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*  
(Podpis osoby uprawnionej)