

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa sprzętu do pielęgnacji pacjentów zagrożonych odleżynami oraz pacjentów z odleżynami, postępowanie DZPZ/333/35/2017

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa sprzętu do pielęgnacji pacjentów zagrożonych odleżynami oraz pacjentów z odleżynami, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Część 1: Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 200 kg – poz. 1

Ad.3 Czy zamawiający dopuści materac z funkcją transportową umożliwiającą 6 godzin pracy w transporcie, bez komór statycznych w sekcji głowy i bez technologii wspomagającej wentylację skóry?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie materaca z w/w rozwiązaniem.

Ad.6 Czy zamawiający dopuści materac z pompą bez możliwości wyboru długości trwania cyklu z zachowaniem pozostałych wymagań w tym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie materaca z pompą bez możliwości wyboru długości trwania cyklu.

Część 1: Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 150 kg – poz. 2

Ad.5 Czy zamawiający dopuści materac z pompą bez możliwości wyboru długości trwania cyklu z zachowaniem pozostałych wymagań w tym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie materaca z pompą bez możliwości wyboru długości trwania cyklu. Pozostałe parametry zgodnie z opisem w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Ad.7 Czy zamawiający dopuści materac z wysokością komór 20cm, z zachowaniem pozostałych wymaganych wymiarów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści materac z wysokością komór 20 cm. Pozostałe parametry zgodnie z opisem w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Część 1: Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 200 kg – poz. 1

Pkt.4

Prosimy o dopuszczenie zaworu CPR umieszczonego na przewodach materaca (od strony nóg) w formie taśmy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaworu CPR umieszczonego na przewodach materaca w formie taśmy.

Pkt.4

Prosimy o dopuszczenie pokrowca wyposażonego w 4 pasy mocujące, spełniającego pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie w/w pokrowca.

Pkt.4

Prosimy o dopuszczenie maksymalnego wypełnienia komór z automatycznym powrotem po 20 min.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie w/w parametru.

Część 2: Pozostały sprzęt p/odleżynowy – poz. 1-8

Pkt. 1

Prosimy o dopuszczenie podkowy dla noworodków fi 90 mm x 20 mm (OA010) wykonanej z medycznego żelu silikonowego pokrytego poliuretanem, bez zawartości lateksu, odpornej na odkształcanie, o powierzchni łatwej do utrzymania w czystości i przystosowana do dezynfekcji, gwarancja 24 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaoferowanie w/w podkowy dla noworodków.

Pkt. 2

Prosimy dopuszczenie pozycjonera o wymiarach 34,5 x 12 x 7 cm (OA053) wykonanego z medycznego żelu silikonowego pokrytego poliuretanem, bez zawartości lateksu, odpornej na odkształcanie, powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości i przystosowana do dezynfekcji. Gwarancja 24 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie pozycjonera o w/w parametrach.

Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie podkładki przeciwoleżynowej osłaniającej pięty i kostki, o wymiarach 25x12x1 cm wykonanej z medycznego żelu silikonowego pokrytego poliuretanem, o powierzchni łatwej do utrzymania w czystości i przystosowanej do dezynfekcji, zapinanej przy pomocy rzepów, stosowana w celu ochrony pięt, do stosowania w ułożeniu pacjenta na plecach i na boku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie w/w podkładek przeciwoleżynowych.

Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 90x200 cm

Prosimy o dopuszczenie prania w 90 st. i odstąpienie od wymogu suszenia w suszarce bębnowej

Czy zamawiający wymaga aby będzie oczekiwał aby podkład posiadał wszyte uchwyty boczne – w celu dodatkowego ułatwienia przesuwania pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaoferowania podkładu o w/w parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z opisem w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

1. dot. poz. 1,2 i 3

1.1.

Czy Zamawiający wymaga aby pozycjonery przeciwoleżynowe z wiskoelastomeru charakteryzowały poniższe cechy:

PARAMETRY techniczne:

- Rodzaj materiału: polimer gumy, rozciągliwość: 1000% - wg metody ASTM D 412 – 98a,
- pamięć kształtu: 100% - wg metody ASTM D 395 – 97. (Kompresja 50% grubości badanej warstwy przez okres 22 godzin – substancja powraca w 100% do swojej poprzedniej formy).
- Parametry potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych z zastosowaniem metod: ASTM D 412-98a, ASTM D 395-97 lub równoważnymi.
- Gwarancja zachowania parametrów: 24 miesiące.

Potwierdzone badaniami czynniki:

- Materiał nie uczula, jest hipoalergiczny według testu Schwarz Patch.
- Materiał nie przewodzi ładunków elektrycznych.
- Materiał określony jako substancja samogasnąca według metody ASTM D1692-68 lub równoważnej.
- Materiał jest odporny na wzrost grzybów według metody ASTM D1924-63 lub równoważnej.
- Materiał nie podtrzymuje wzrostu bakterii.
- Materiał redukuje siły ścinające.

Opis produktu/ wiskoelastomeru:

- Wiskoelastomer nie jest higroskopijny,
- nie zawiera lateksu, silikonu, plastyfikatorów,
- może być stosowany z materacami/kołdrami grzewczymi/chłodzącymi – charakteryzuje się dużą pojemnością cieplną, nie wycieka, nie wypada, nie sączy się w przypadku przecięcia powłoki (w razie przecięcia można naprawić firmową reperaturką).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie pozycjonera przeciwoleżynowego o w/w parametrach.

1.2.

Czy Zamawiający uwzględni fakt importu pozycjonerów przeciwoleżynowych z wiskoelastomeru bezpośrednio od producenta (USA) i wydłuży czas dostawy do 8 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 8 tygodni.

Części 2:

poz nr 5 Czy Zamawiający dopuści półwałek rehabilitacyjny o rozm. 60cmx18cmx12cm (dł. x szer. x wys.)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie półwałka o w/w parametrach.

poz. Nr 4 Czy Zamawiający dopuści poniższy łatwoślizg:

- łatwoślizg wykonany z ultracienkiego, specjalnie powleczonemu nylonu. Materiał bardzo odporny na rozdarcie i rozciąganie. Możliwość prania, temperatura prania do 95st C, suszenie do 110st C. Wymiary: 220x140cm

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie łatwoślizgu o w/w parametrach.

Części 1

poz. 2 - Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 150 kg – poz. 2

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac z pompą bez funkcji regulacji ciśnienia w komorze? Pompa materaca jest wyposażona w przełącznik masy ciała pacjenta. Regulacja ciśnienia wewnątrz komór odbywa się poprzez ustawienie wagi pacjenta. Wówczas pompa automatycznie dobiera poziom ciśnienia wewnątrz materaca.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie materaca o w/w parametrach.

Część 1

poz. 2 - Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 150 kg – poz. 2

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac, którego komory mają wysokość 20cm? *Materac o takiej budowie zapewnia lepsze rozłożenie nacisku na ciało pacjenta, co skutkuje wyższą skuteczności materaca i jest parametrem lepszym niż wymagany przez Zamawiającego.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie materaca, którego komory mają wysokość 20cm.

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wobec niego nie została wszczęta likwidacja i nie przekształca się on w spółkę prawa handlowego.

2. Czy pokrowiec materaca ma być oporny na temperaturę gotowania tj. 105 st. C ?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z opisem w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

3. Czy pokrowiec materaca ma być ogniooporny (co powinno być potwierdzone badaniami Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego)?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z opisem w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

4. Czy materac ma mieć możliwość wypinania każdej komory materaca dla realizacji terapii bezdetykowej odleżyn?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania w/w rozwiązania.

5. Czy pompa zasilająca materac ma posiadać alarm przeglądu technicznego z licznikiem czasu pracy?

Jest to zabezpieczenie informujące o konieczności wykonania czynności serwisowych, pompa zlicza godziny swojej pracy i informuje o konieczności wykonania jej przeglądu technicznego- serwisu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaoferowania w/w rozwiązania.

6. Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tzw. blokadę panelu sterowania, która umożliwia dokonanie przypadkowej zamiany we wprowadzonych przez personel ustawieniach ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaoferowania w/w rozwiązania.

7. Czy pompa zasilająca materac ma zasilać dwie sekcje materaca ?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

8. Czy pompa zasilająca ma zasilać trzy sekcje materaca ?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

9. Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego powietrza ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza, nie wymaga zaoferowanie w/w parametru.

10. Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciwłuszczowy zasysanego powietrza ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza, nie wymaga zaoferowanie w/w parametru.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)