

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 180**  
**10 – 561 Olsztyn**

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych na potrzeby Zakładu Patomorfologii, postępowanie DZPZ/333/69/2022

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych na potrzeby Zakładu Patomorfologii, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy do 60 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wydłuży termin dostawy do 60 dni.**

2. Czy zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały oznakowanie laserowe: numer katalogowy, nazwa producenta, znak CE, numer LOT oraz kod typu DataMatrix czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowy (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwoli na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix musi zawierać zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia. Kod będzie wykorzystany do synchronizacji z systemami informatycznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga aby narzędzia posiadały wyżej opisane oznakowanie laserowe.**

3. Czy zamawiający wymaga aby producent posiadał aktualny certyfikat zgodny z EUROPEJSKIM ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE WYROBÓW MEDYCZNYCH: MDR (UE) 2017/745?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga aby producent posiadał wyżej wymieniony aktualny certyfikat.**

4. Czy zamawiający wymaga aby narzędzia zostały poddane procesowi pasywacji z walidacją procesu oraz hartowaniem w atmosferze ochronnej z walidacją procesu na potwierdzenie której będzie konieczne przedstawienie oświadczenia producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga aby narzędzia zostały poddane wyżej wymienionym procesom z przedstawieniem oświadczenia producenta.**

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

Z upoważnienia Dyrektora  
Zastępca Dyrektora

Jerzy Górny