

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

PYTANIA I ODPOWIEDZI III

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy sprzętu jednorazowego użytku do badań i zabiegów diagnostyczno- interwencyjnych oraz sprzętu mechanicznego do przezskórnego usuwania elektrod (Ogłoszenie nr 566010-N-2018 w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 30 maja 2018 r.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Dotyczy części nr 1

Pytanie nr 1

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnikibalonowe do zapobiegania i leczenia restenozy o maksymalnym wymiarze szafstudystalnego 2,6 F i nie posiadające potwierdzenia skuteczności w badaniach randomizowanych? Pozostałe parametry techniczne produktu pozostają bez zmian. Oferowany przez nas cewniki balonowe używane są z powodzeniem w wielu pracowniach kardiologii inwazyjnej w Polsce i na świecie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)