DZPZ/333/11UEPN/2018 Olsztyn, dnia 10 maja 2018 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy wyrobów diagnostycznych do badań parametrów krytycznych oraz elektroforezy i immunofiksacji wraz z dzierżawą analizatorów (Ogłoszenie nr 2018/S 065-144258) Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 04 kwietnia 2018 r.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Dotyczy części nr 1

Pytanie nr 1

Odpowiadając na pyt 21. (Pytania i Odpowiedzi z 30.04.2018) Zamawiający odniósł się do kwestii wymogu automatycznej kontroli jakości i kalibracji. Dla jasności sytuacji pragniemy dopytać: Czy Zamawiający zaakceptuje każdorazową walidację nowej kasety tylko przy jej wymianie (raz na 21/30 dni stosownie do rodzaju kasety) za pomocą specjalnego dedykowanego materiału w celu wykluczenia uszkodzenia kasety oraz błędów całego sytemu przed jego uruchomieniem? Czynność ta gwarantuje najwyższą jakość wyniku i wykluczenie błędu w fazie analitycznej na poziomie 97%. Walidacja jest integralną częścią opatentowanego inteligentnego systemu zarządzania jakością (iQM).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania kaset o podanych powyżej parametrach z każdorazową walidacją nowej kasety tylko przy jej wymianie (raz na 21/30 dni stosownie do rodzaju kasety) za pomocą specjalnego dedykowanego materiału .

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Olsztynie

Irena Kierzkowska