

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 18**  
**10 – 561 Olsztyn**

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy protez , łat naczyniowych oraz stentgraftów piersiowych (Ogłoszenie nr 620744 -N- 2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23 listopada 2017 r.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

### **Dotyczy części nr 1**

#### **Pytanie nr 1**

**do cz.1, pkt 2:** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania w miejsce dotychczasowych zapisów, protez naczyniowych poliestrowych dzianych rozwidlonych o dł. 20cm i o średnicach od 16mm do 24mm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 2 protez prostych o podanych powyżej rozmiarach , natomiast nie dopuszcza możliwości zaoferowania w w/w pozycji protez rozwidlonych .**

### **Odpowiedź: Dotyczy części nr 2**

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, bez fabrycznej impregnacji substancjami zmniejszającymi ryzyko zakażenia, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości zaoferowania w części nr 2 protez o podanych powyżej parametrach .**

### **Dotyczy części nr 4**

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez poliestrowych, dzianych, powlekaną żelatyną, gdzie każde włókno powlekanie jest monomerem PTFE, z możliwością jonowego łączenia powleczenia protezy z antybiotykiem lub heparyną.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości zaferowania w części nr 4 protez o podanych powyżej parametrach .**

**Dotyczy części nr 5**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający pod pojęciem łąty cienkościennej Zamawiający rozumie łąty o grubości 0,36 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga łąty o grubości min. 0,5 mm.**

**Dotyczy części nr 7**

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w miejsce pierwotnych zapisów protezy naczyniowej z łuku aorty z odgałęzieniami dogłównymi .Proteza naczyniowa tkana zamiast dziana (gdyż do tego odcinka / łuku aorty dedykowane są właśnie protezy tkane mniej przepuszczalne i bardziej wytrzymałe ze względu na rodzaj splotu; bardziej wytrzymałe na wyższe ciśnienia krwi , impregnowana w całej objętości biologicznym materiałem hemostatycznym - kolagenem. Rozmiary : średnica 26,28,30,32 mm ze znacznikami, długość głównej części protezy 50 cm; długości odgałęzień: po 30cm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania protezy naczyniowej z łuku aorty z odgałęzieniami dogłównymi o podanych powyżej parametrach .**

**Dotyczy części nr 10**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga gałęzi do krążenia wstecznego w krążeniu pozaustrojowym

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaferowania stentgraftu piersiowego z gałęzią do krążenia wstecznego w krążeniu pozaustrojowym.**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Olsztynie  
**Irena Kierzkowska**  
( Podpis osoby uprawnionej )