

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy sprzętu jednorazowego użytku do badań i zabiegów diagnostyczno- interwencyjnych oraz sprzętu mechanicznego do przezskórnego usuwania elektrod (Ogłoszenie nr 566010-N-2018 w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 30 maja 2018 r.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Dotyczy części nr 6

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 4 części 6 zestawu dwóch koszulek preparujących tkanki (mechaniczny zestaw do usuwania elektrod) o dostępnych średnicach: 9, 11 i 13F. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 4 zestawu dwóch koszulek preparujących tkanki (mechaniczny zestaw do usuwania elektrod) o dostępnych średnicach: 9, 11 i 13F, przy zachowaniu pozostałych parametrów .

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 14 części 6 koszulek do implantacji elektrod: z zakrzywioną końcówką o długości 24cm i z prostą końcówką o długości 30 lub 47cm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 14 koszulek do implantacji elektrod : z zakrzywioną końcówką o długości 24cm i z prostą końcówką o długości 30 lub 47cm.

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)