

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę stymulatorów przeciwbólowych – powtórka** (*Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 511860 -N- 2020 z dnia 12 -02-2020 r.)*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuści zestaw stymulatora nieładowalnego wraz o poniższych parametrach:
 - stymulator nieładowalny, stałonateżeniowy, 16 – kontaktowy,
 - o amplitudzie od 0 – 25,5 mA;
 - częstotliwości od 0 – 1200Hz,
 - z funkcją toniczną jak i BurstDR (impulsy uwalniane w interwałach ograniczające parestezje) w jednym urządzeniu;
 - możliwość zastosowania elektrod przeskórnych, chirurgicznych jak i pośrednich;
 - rozmiar: 66.8 mm x 50.2 mm x 13.5 mm;
 - pojemność baterii 7.5 Ahr
 - możliwość wykonania skanu MRI do 1,5 T przy położeniu elektrody na poziomie pomiędzy TH7- TH12;

W zestawie pilot pacjent pracujący bezprzewodowo, obsługiwany między innymi w języku polskim?
2. Czy Zamawiający dopuści elektrodę chirurgiczną, 20-kontaktową o długości 60 cm?
3. Czy Zamawiający dopuści elektrodę 8-kontaktową przeskórną lub pośrednią o długości 60 cm wraz z systemem wprowadzającym (widocznym w RTG) ?;
4. Czy Zamawiający dopuści zestaw stymulatora ładowalnego wraz z pilotem pacjenta i ładowarką, kompatybilny ze wszystkimi wcześniej stosowanym łącznikami i elektrodami firmy St. Jude Medical/Abbott Medical, jak i innymi takimi jak np. Medtronic?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji w zakresie formularza cenowego ,
będącego załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oczekuje złożenia
oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami Zamawiającego z dnia 18 lutego 2020r.**

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)