

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa wyposażenia do Oddziału Neurologii, postępowanie DZPZ/333/145/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa wyposażenia do Oddziału Neurologii, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

dot. zał. nr 2 do SIWZ (Część nr 3. Wieszak do kroplówek -15szt.)

1. Prosimy o dopuszczenie stojaka przystosowanego do zawieszenia płynów oraz pom infuzyjnych zbliżonych do parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z poniższym opisem:

Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie: 1320-2250 mm, przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej

WYKONANIE:

- podstawa z tworzywa szt., pięcioramienna na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm (czarne), w tym dwa z blokadą; średnica podstawy: 575 mm
- kolumna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. o średnicy 25/16 mm,
- głowica G-01 (na 2 haczyki) ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.



Zdjęcie poglądowe

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w/w stojak.

2. Prosimy o dopuszczenie stojaka przystosowanego do zawieszenia płynów oraz pom infuzyjnych zbliżonych do parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z poniższym opisem:

Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie: 1280-2250 mm przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej,

WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

- podstawa pięcioramienna na kółkach (ze stali ocynkowanej) o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą; średnica podstawy: 600 mm
- kolumna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. o średnicy 25/16 mm,
- głowica G-01 (na 2 haczyki) ze stali kwasoodpornej



Zdjęcie poglądowe

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w/w stojak.

3. Prosimy o dopuszczenie stojaka przystosowanego do zawieszenia płynów oraz pom infuzyjnych zbliżonych do parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z poniższym opisem:

Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie: 1600-2000 mm, przystosowany do mocowania pompy infuzyjnej oraz dodatkowego osprzętu - nośność 20 kg

WYKONANIE:

- podstawa stalowa z obniżonym środkiem ciężkości, lakierowana proszkowo wg palety RAL, pięcioramienna na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (szare/białe)- do wyboru, w tym dwa z blokadą; średnica podstawy: 610 mm
- kolumna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 38/25 mm, ;
- głowica G-01 (na 2 haczyki) ze stali kwasoodpornej



Zdjęcie poglądowe

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza w/w stojak (lakierowany proszkowo w kolorze szarym).

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)