

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi :

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu na potrzeby Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

1. Proszę o podanie wymiarów kartonika do przechowywania osocza.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż kartonik do przechowywania osocza posiada następujące wymiary: 20cm x 25cm x 4cm.

DYREKTOR

WSS w Olsztynie

Irena Kierkowska

(Podpis osoby uprawnionej)