

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi :

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tyś. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę osobistych pomp insulinowych.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

1. Pkt.9 załącznika nr 4 - Czy zamawiający dopuści minimum 2 profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania pompy z podanym powyżej parametrem.

2. Pkt.14 załącznika nr 4 - Czy zamawiający dopuści menu obsługi pompy w postaci ikon graficznych opisanych w języku polskim w instrukcji obsługi?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)