

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi :

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wirówki laboratoryjnej. Numer sprawy: DZPZ/333/38/2023

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania o wyjaśnienie treści :

Pytanie nr 1: Proszę o doprecyzowanie i określenie jakie próbówki będą wirowane, poprzez podanie ich pojemności i wymiarów, gdyż w opisie zamówienia jest wskazany jako wymagany tylko wirnik horyzontalny.

Odpowiedź: Probówki, które będą wirowane są o pojemności 4-5 ml oraz 10 ml.
Zamawiający omyłkowo nie wymienił wirnika kąтового w formularzu parametrów wymaganych – co zostało uzupełnione w aktualnym formularzu parametrów wymaganych.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)