

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi :

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę 3 aparatów do hemodializy na potrzeby Stacji Dializ – powtórka.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

1. Czy Zamawiający dopuści zapis w paragrafie : § 2. 1. Wykonawca zobowiązuje się w cenie umowy do instalacji, podłączenia do systemu wodny uzdatnionej i odpływu (Aquaboss) oraz uruchomienia aparatów opisanych w § 1 ust. 1 wraz z oprogramowaniem, oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz obsługi systemu i interpretacji wyników, a także do dostarczenia instrukcji obsługi (w wersji papierowej i elektronicznej), paszportu technicznego urządzenia, procedury wykonywania zabiegów w języku polskim oraz harmonogramu przeglądów okresowych – w terminie 90 dni roboczych od podpisania umowy

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość dostarczenia i zainstalowania urządzeń w terminie 90 dni.

2. Czy Zamawiający dopuści zapis w paragrafie: § 3.5. Wykonawca wykonuje przeglądy okresowe aparatury na własny koszt, minimum jeden raz na 24 miesiące-zgodnie z zaleceniami producenta aparatów, w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca ma ściśle przestrzegać terminów przeglądów okresowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli producent aparatów dopuszcza przegląd okresowy jeden raz na 24 miesiące – Zamawiający również dopuszcza taki termin. Jeżeli termin przeglądów okresowych różni się od terminu podanego przez Zamawiającego w projekcie umowy, wówczas Wykonawca winien sam uzupełnić dane przy podpisywaniu umowy.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)