

DZPZ/333/105/2023

Olsztyn, dnia 9 sierpnia 2023 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 180

10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: Dostawa szyny ARTROMOT (CPM) do mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego. Postępowanie DZPZ/333/105/2023

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: Dostawa szyny ARTROMOT (CPM) do mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania szynę, której prędkość pracy regulowana jest w zakresie 10% - 100%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści szynę, której prędkość pracy regulowana jest w zakresie 10% - 100%.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS w OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska