

ZAPROSZENIE

DO UDZIAŁU W DIAGNOSTYCE TECHNICZNEJ

Przedmiot zapytania dotyczy: **zakupu i instalacji aparatów Rtg.**

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Strona: www.wss.olsztyn.pl

E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

Godziny urzędowania: 7.00 – 14.00

II. Przedmiot zaproszenia

Zamawiający oczekuje:

1. Przedstawienia parametrów technicznych aparatu mobilnego w wersji cyfrowej lub pośredniego ucyfrowienia o minimalnych poniższych wymaganiach:

- cienki, lekki detektor
- kolumna z lampą rtg uchylna o dużym zasięgu, z możliwością ustawienia lampy bocznie (pod kątem 90 st) do długiej osi aparatu aparatu równoległe do łóżka pacjenta
- moc generatora ok. 30-40 kW
- zakres napięć generatora 40 -125 kV
- ognisko lampy 0,6/1.3 mm
- waga do 300 kg / bez akumulatora/
- wieszak na fartuch ochronny
- maksymalna mobilność
- małe kółka, skrętne we wszystkich kierunkach
- długi kabel
- miernik dawki
- wyzwalnianie ekspozycji z długim kablem lub bezprzewodowe
- opcje ułatwiające prawidłowe pozycjonowanie wykonywanego zdjęcia.

2. Przedstawienia parametrów w zakresie wyposażenie pracowni Rtg w :

- aparat telekomando – opcja skopii,
- stół z możliwością ustawienia pionowo, w pozycji skośnej,
- stół opuszczalny
- wykonywanie zdjęć rtg min 180 cm
- ścianka do prześwietleń
- detektor w stole
- drugi w ścianie lub zamiennie
- możliwość wykonywania zdjęć (np. kręgosłupa) promieniem poziomym, pacjent leży na plecach, bez jego przekładania
- możliwość wykonywania pełnowymiarowych zdjęć kręgosłupa i kończyn dolnych, bez ruchu pacjenta

- udźwig stołu min 200 kg
 - osłony i faruchy
 - literki.
- 3. Przedstawienia parametrów dla aparatu Usg o minimalnych parametrach:**
- aparat wysokiej klasy
 - parametry techniczne jak aparatów np. Philips lub Toshiba Aplio 300, Aloka Areietta v70 lub Hi Visio Prerius
 - wyposażenie głowice wysokiej częstotliwości
 - głowica convex
 - dwie liniowe
 - oprogramowanie do badań kontrastowych.
4. Przedstawienia pełnej oferty zwłaszcza rozwiązań w Pracowni rtg z aparatem telekomando (jedno-dwustanowiskowy), aparat ma spełniać wymogi pracowni rtg klasycznej (zdjęcia płucne i kostne w pełnym zakresie) jak również funkcje telekomando (skopiami, badania kontrastowe przewodu pokarmowego, prześwietlenia)
5. Przedstawienia kalkulacji cenowej z uwzględnieniem całego kosztu (w tym cykl życia produktu).
6. Inne rozwiązania; które Wykonawca uzna za korzystniejsze pod względem ekonomicznym, społecznym czy ekologicznym.

III. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228., kom. 661 661 883.

Zamawiający do dnia **10 listopada 2016 r.** oczekuje na zgłoszenie chęci uczestnictwa w dialogu technicznym poprzez informację na adres e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl.

Termin spotkań w ramach dialogu technicznego zostanie ustalony i przekazany odrębnym zawiadomieniem uczestnikom zgłaszającym chęć udziału.

DYREKTOR

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)