

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 30 000 EURO w zakresie dostawy stymulatorów przeciwbólowych do realizacji zamówienia wybrano Wykonawców :

- *Medtronic Poland Sp.zo.o. , ul. Polna 11 , 00-633 Warszawa w zakresie części :*
część 1 – 91 044,00 zł brutto

- *St.Jude Medical Sp.zo.o. , ul. Broniewskiego 3 , 01-785 Warszawa w zakresie części:*
część 2 – 31 752,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

- Wybrana oferta w najwyższym stopniu wypełniła wymagania określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

W postępowaniu udział wzięli:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto PLN
01	Medtronic Poland Sp.zo.o., ul. Polna 11 , 00-633 Warszawa	Część 1 – 91 044,00 zł
02	ST.Jude Medical Sp.zo.o., ul. Broniewskiego 3 , 01-785 Warszawa	Część 2 – 31 752,00 zł
03	Neuro – Optima Sp.zo.o., 62-002 Złotniki , ul. Żurawia 26	Część 2 – 31 320,00 zł

nr części	kwota zabezpieczona brutto
część 1	91044,00
część 2	34992,00

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

CZEŚĆ 1

Numer oferty	Wykonawca	Wartość oferty brutto	Kryterium 100 % cena	Lokata
01	Medtronic Poland Sp.zo.o., ul. Polna 11 , 00-633 Warszawa	91 044,00 zł	1,0	I

CZEŚĆ 2

Numer oferty	Wykonawca	Wartość oferty brutto	Kryterium 100 % cena	Lokata
02	ST.Jude Medical Sp.zo.o., ul. Broniewskiego 3 , 01-785 Warszawa	31 752,00 zł	1,0	I
03	Neuro – Optima Sp.zo.o., 62-002 Złotniki , ul. Żurawia 26	ODRZUCONA		

Oferty odrzucone:

Zamawiający odrzucił ofertę firmy Neuro Optima Sp.zo.o. z siedzibą w Złotnikach w zakresie części 2, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej . W powyższym zakresie Zamawiający wymagał złożenia oferty na stymulator rdzeniowy przeciwbólowy. Zamawiający wymagał zaoferowania układu do neurostymulacji składającego się z urządzenia medycznego (generatora impulsów z baterią 8,9 AH), dwudziestokontaktowej elektrody chirurgicznej i programatora pacjenta . Wykonawca zaoferował stymulator z trzema elektrodami ,wraz z programatorem które są integralną częścią urządzenia (tj . elektroda jest generatorem impulsów) które nie posiada baterii. Wobec powyższego oferta firmy Neuro Optima Sp.zo.o. z siedzibą w Złotnikach w zakresie części 2 została uznana za niezgodną z wymaganiami Zamawiającego .

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)