

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn*

*Do wiadomości
uczestników postępowania*

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 30 000 EURO w zakresie **dostawy cewników Swana Ganza wraz z czujnikami temperatury** do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę :

1. EDWARDS LIFESCIENCES POLAND Sp.zo.o.

Al.Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa w zakresie części:

- *Część nr 1 – 75 600,00 zł brutto*
- *Część nr 2 – 18 532,80 zł brutto*

W postępowaniu udział wzięli:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto PLN
01	Teleflex Polska Sp.zo.o. Ul.Hżecka 26 02-135 Warszawa	Część nr 1 – 95 040,00 zł
02	Edwards Lifesciences Poland Sp.zo.o. Al.Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa	Część nr 1 – 75 600,00 zł Część nr 2 – 18 532,80 zł
03	Billmed Sp.zo.o. Ul.Krypska 24/1 04-082 Warszawa	Część nr 1 – 79 920,00 zł Część nr 2 - 16 848,00 zł

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Kryterium oceny ofert : 100 % cena

Część nr 1

Numer oferty	Wykonawca	Wartość oferty brutto	Kryterium 100 % cena	Lokata
01	Teleflex Polska Sp.zo.o. Ul.Łżecka 26 02-135 Warszawa	95 040,00 zł	0,79	III
02	Edwards Lifescences Poland Sp.zo.o. Al.Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa	75 600,00 zł	1,00	I
03	Billmed Sp.zo.o. Ul.Krypska 24/1 04-082 Warszawa	79 920,00 zł	0,94	II

Część nr 2

Numer oferty	Wykonawca	Wartość oferty brutto	Kryterium 100 % cena	Lokata
02	Edwards Lifescences Poland Sp.zo.o. Al.Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa	18 532,80 zł	1,00	I
03	Billmed Sp.zo.o. Ul.Krypska 24/1 04-082 Warszawa	16 848,00 zł	Odrzucenie	

Oferty odrzucone:

W zakresie części nr 2 Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Billmed Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: W powyższym zakresie Zamawiający wymagał zaoferowania czujnika temperatury do cewnika Swana Ganzka kompatybilnego z monitorami B450 i kablami Zamawiającego. Zaoferowany przez Wykonawcę czujnik temperatury nie jest kompatybilny z kablami Zamawiającego do monitora B450, co też potwierdzają przedłożone przez Wykonawcę próbki. Wobec powyższego oferta firmy Billmed Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie części nr 2 została uznana za niezgodną z wymaganiami Zamawiającego

Podpisanie umowy:

Trzy egzemplarze umowy jednostronnie podpisanej zostaną wysłane pocztą.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE
Irena Kierkowska

.....

(Podpis osoby uprawnionej)