

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tysięcy EURO na dostawę „chłodziarki medycznej”

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania chłodziarki o poniższych parametrach

Profesjonalna chłodziarka farmaceutyczna o pojemności 150 litrów, wyposażona w kontroler IntelliCold™. Przeznaczona do bezpiecznego przechowywania próbek. Urządzenie jest niezawodne i solidne, zaprojektowane tak, by sprostać wymaganiom rozwijającej się medycyny. Chłodziarka wyposażona w półki, które nie tylko uporządkują zebrane próbki, ale także zapewnią odpowiedni przepływ powietrza. Półki wykonane zostały z aluminium.

Cechy chłodziarki:

- wyposażona w kontroler IntelliCold™
- automatycznie rejestruje dane temperaturowe
- alarm awarii zasilania
- alarm zbyt wysokiej temperatury
- alarm zbyt niskiej temperatury
- minimalny / maksymalny zapis temperatury oraz wyświetlanie temperatury
- możliwość wyłączenia automatycznego odszraniania
- chłodzenie wspomagane wentylatorem
- czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska
- zamek z dwoma kluczami
- wskaźnik temperatury
- wewnętrzne światło
- gniazdo do karty SD - standard

DANE TECHNICZNE RLDF 0510	
Pojemność	150 L
Wymiary zewnętrzne [mm] WxSxG	820 x 600 x 610
Wentylator	tak
Zamek drzwi	tak
Wyświetlacz temperatury	tak
Alarm	tak
Automatyczne rozmrażanie	tak
Minimalne zużycie energii	tak
Półki	3
Typ zamka	ręczny
Zakres temperatury	od 2 do 8°C
Typ drzwi	pełne

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania chłodziarki o powyższych parametrach.

.....
 (Podpis osoby uprawnionej)