

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 18**  
**10 – 561 Olsztyn**

**Do wiadomości**  
**uczestników postępowania**

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: **Dostawa drobnego asortymentu medycznego – powtórka, postępowanie DZPZ/333/231/2018.**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania : dostawa drobnego asortymentu medycznego - powtórka, do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie :

**Pytanie 1 dotyczy części nr 2 poz.2**

W celu złożenia oferty na wymagany przez Zamawiającego asortyment uprzejmię prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 2 kranika trójdrożnego z przedłużaczem z optycznym wskaźnikiem pozycji otwarty/zamknięty.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza kranik trójdrożny z przedłużaczem z optycznym wskaźnikiem pozycji otwarty/zamknięty.**

**UWAGA! Wszystkie odpowiedzi udzielane przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej**

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

*Jerzy Górny*  
(Podpis osoby uprawnionej)