

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn*

*Do wiadomości
uczestników postępowania*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa narzędzi okulistycznych , postępowanie DZPZ/333/163/2018.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania : **dostawa narzędzi okulistycznych** , do Zamawiającego wpłynęło następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści chopper prosty typu Nagahara z zagiętą końcówką o długości 0,9mm, długości części roboczej 10mm oraz długości całkowitej 113mm. Narzędzie wykonane jest z najwyższej jakości stali nierdzewnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podane wymiary.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści pęsetę do kapsuloreksji o mechanizmie krzyżowym, pozwalającą na wykonanie kapsuloreksji poniżej cięcia 2,0mm? Czy Zamawiający dopuści pęsetę bez znaczników 2,5mm i 5mm, o długości ramion roboczych (od zgięcia do tipa) 14mm i długości całkowitej 105mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymiar nie mniej niż 15 mm (i ile narzędzie jest tytanowe).

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści haczyk Sinskey o długości całkowitej 115mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podane wymiary.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści rozwórkę rozkręcaną 15mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymiar nie mniej niż 15 mm (i ile narzędzie jest tytanowe).

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści imadło zagięte bez zamka o długości części roboczej 11mm i długości całkowitej 110mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podane wymiary, o ile narzędzie jest tytanowe.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną o długości całkowitej 90mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podane wymiary, o ile narzędzie jest tytanowe.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści 5 szt. pęset anatomicznych prostych o długości całkowitej 90mm oraz 5 szt. pęset anatomicznych zagiętych typu McPherson o długości całkowitej 87mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podane wymiary, o ile narzędzie są tytanowe.

UWAGA! Wszystkie odpowiedzi udzielane przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)