

DZPZ/333/31PN/2019

Olsztyn, dnia 1 września 2020 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

*Do wiadomości
uczestników postępowania*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do wykonywania zabiegów angioplastyki wieńcowej (Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 578475-N-2019, 2020-08-27)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło do Zamawiającego następujące **pytanie:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 2 stentu uwalniającego lek platynowo-chromowego o długości 8-38mm z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm oraz o profilu stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.042"? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania stentu o powyższych parametrach, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)